

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |  |
|--------------------|--------------------|------------------------|--|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 110                | Biobase            | Biobase                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սեղանադիր pH չափիչ: Հագեցած է LC Էկրանով: Թույլ է տալիս չափել pH-ը -1.00-ից մինչև +15.00 pH միջակայքում՝ առնվազն 0.01 pH ճշտությամբ: Թույլ է տալիս չափել միլիվոլտերը -1000-ից մինչև 1000 mV միջակայքում՝ <math>\pm 1</math> mV ճշտությամբ: Թույլ է տալիս չափել ջերմաստիճանը 0°C-80°C միջակայքում՝ առնվազն 0.1°C ճշտությամբ: Ունի ջերմաստիճանային փոխհատուցման ֆունկցիա 0°C-60°C միջակայքում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի:</li> </ul> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 110        |                    |                               |                            |