

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Roche Diagnostics	Cobas c111 w/o ISE module	Cobas c111 w/o ISE module	Roche Diagnostics	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր Չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY- P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact Վերլուծության մեթոդը Վերջնակետ, 2-6 կետ Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա Տուրբիդիմետրիա Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում 8" գունավոր LCD Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս քան 100 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ.12V / 20W Ռեակտիվները

				ճանաչելու գծիկավոր կող կարդացող միավորի առկայություն Ինտերֆեյս Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB, 2 × RS 232 serial interface, bi-directional (ASTM protocol) Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 98/79/EC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					