ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	-	-	Ամենափոքր ունակությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 25 պՖ, իսկ առավելագույն ունակությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 100 մՖ-ից: Ամենափոքր ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 10 մկՀն, իսկ առավելագույն ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 20 Հն-ից: Սարքը պետք է կարողանա չափել Զեների դիոդի պարամետրերը, մինչև առնվազն 30 Վ: Սարքը պետք է կարողանա չափել տրանզիստորի hFE գործակիցը և էմիտեր-բազա լարումը: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 4 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման, կամ AA կամ AAA տիպի մարտկոցի տեղադրման հնարավորություն: Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
20			