

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
109	-	-	Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափական դետեկտոր 1 հատ • Սպեկտրաչափը պետք է լինի լավ փակված և չոր , հագեցած լինի CaF_2 պատված KBr նմուշի խցիկով : • Պետք է ներառի օգտագործողի կողմից փոխարինվող հելիում նեոնային կազերային աղբյուր • Օպտիկական սպեկտրալ դիապազոնը առնվազն – 7800-350 սմ-1 - սպեկտրալ դիապազոնի ընդլայման հնարավորություն մինչև 11000 - 375 սմ-1. - - Լուսաբաժանիչ (7800 - 375 սմ-1) • Աղմուկ/ազդակ հարաբերությունը ոչ քիչ քան 55000 • Սպեկտրալ բաժանման հնարավորությունը ոչ ավել 0,25 սմ-1 • Ալիքի երկարության ճշտությունը ոչ ավել քան 0.02 սմ-1, • Սկանավորման հավաքման արագությունը ոչ քիչ քան 0,025 սպ/վ • Սպեկտրաչափը պետք է օժանդակի մինչև 2 Մոդուլներ և Խախտված ներքին արտացոլման կցորդ (ալմաստե պրիզմա), • Պետք է ներառի Առնվազն 1 դետեկտոր հեռավոր և միջին տիրույթների համար • Մանրադիտակի միացման հնարավորություն • Օրգանական և անօրգանական նյութերի գրադարան ոչ քիչ քան 9000 բարձր լուծողականությամբ սպեկտրեր • ԻԿ ճրագրային ապահովում

		տվյալների հավաքագրման և մաթեմատիկական վերլուծության համար • Խախտված ներքին արտացոլման ադամանդե կցորդ `1 հատ Կցորդի բնութագրերը : Մոնոլիթիկ ադամանդ, ծրագրային ակտիվացմամբ, սպեկտրալ միջակայքը ոչ նեղ քան 600-400 սմ-1 , բարձր ճնշման կայունությամբ, վալիդացիների առկայություն , տաքացումը ոչ քիչ քան 200 0C Թափանցելիության ռեժիմում չափման աքսետուարների հավաքածու բաղկացած • KBr պատուհաններ 6 հատ • Դեղահատերի պատրաստման պրես 1 հատ • Յուղ 100գ • Հավանգ- հավանգակոթով 1 հատ • Շպատելներ 10 հատ Ծրագրային կառավարումը Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով Ծրագիրը պետք է համապատասխանի 21 CFR Part 11 պահանջներին, օգտատերերի կառավարման համակարգ Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն ԻԿ սպեկտրերի մշակման ծրագրի առկայություն Ոչ քիչ քան Core i5 կամ համարժեք համակարգչի առկայություն ներառված մոնիտոր 27 դույմ Սարքի կարգաբերումը, թողարկումը պետք է կատարվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից համակարգի տեղադրում և կարգաբերում Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից նյութագիտական , փորձաքննությունների իրականացում , անձնակազմի ուսուցում ոչ քիչ քան 5 օր Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
109			