

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Սպիրոմետեր	Սպիրոմետեր	Սպիրոմետեր	Սպիրոմետեր	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր Սպիրոմետրը թոքերի ֆունկցիայի փորձարկման շարժական սարք է, որը հիմնականում օգտագործվում են հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: Չափման պարամետրեր.(ոչ պակաս քան) Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը` (FVC) ` FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV

Կենսական ծավալը` (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)` MVV Ծավալի միջակայքը` ոչ պակաս քան ± 10 և Ծավալի ճշգրտությունը` ոչ ավելի քան $\pm 3\%$ Հոսքի միջակայքը` ոչ պակաս քան ± 15 և /վ Հոսքի ճշգրտությունը` ոչ ավելի քան $\pm 5\%$ Ոչ պակաս, քան 7 "գունավոր LCD սենսորային Էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային Էկրանի հետ միասին Էկրանը պետք է ցույց տա իրական ժամանակում շնչառության ակտիվ ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն պետք է փոխհատուցի շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը Տվյալների պահեստի առկայություն

Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն և երկառուցված մարտկոցի առկայություն էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող (ոչ պակաս քան 10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր

					անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					