

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Class B Autoclave	BKM-K23BE	BIOBASE	BIOBASE	Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 23 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով: Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է: Ունի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար: Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության: Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն :Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է

տազնապը և դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար: Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար: Նախատեսված ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C: Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում: Ախտահանման ժամանակը 1-60 րոպե տիրույթում: Չորացման ժամանակը 1-20 րոպե տիրույթում: Տաքության շեղումը ոչ ավելի քան $\pm 0.1^\circ\text{C}$: Ունի դիսփլեյ

				<p>աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար: Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում , Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					