

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	Էլեկտրասրտագրիչ	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին

ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,
 QRS տևողություն, QT միջակայք և
 QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]
 կամ [V6] և S [V1], P, R, T
 առանցքներ
 Հաճախականությունների սահմանը,
 Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
 պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
 Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան
 0,05... 150 Հց Ձայնագրման
 եղանակը՝ ջերմային թուղթ
 Տարվումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ
 Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան
 80մմ x 30մմ Ձայնագրման
 արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 /
 25/50 օգտագործողի կողմից
 ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող
 մարտկոց Մարտկոցի գործարկման
 ժամանակը. ոչ պակաս քան 90
 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ
 կամ կաբերա էլեկտրոսնուցում՝
 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և
 անգլերեն մենյուի առկայություն
 Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ
 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6
 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների
 էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2
 թղթի փաթույթ Լրակազմ և

				պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					