

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ցուցասարքեր CMS 800G	ցուցասարքեր CMS 800G	CMS 800G	Contec Medical Systems Co.,Ltd.	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` 2 ժամ: Դիսփլեյը` LCD գունավոր էկրան, 90° ծավկող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաագրանշանները հասանելի

Են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն Տվյալների պահպանում 12 ժամ Ազդանշանային համակարգ Էլեկտրոնուցում՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը՝ 50-240 բաբախ/րոպե Ճշգրտությունը՝ ± 2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը՝ 0-100 միավոր միջակայքում Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն՝ 112 մմ Արագությունները 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Լախապես տպագրված

				<p>գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավաճ թուղթ թղթի տեսակը՝ թերմոթուղթ Sվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ 1.</p> <p>Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2.</p> <p>Տպիչի թուղթ՝ 2 փաթեթ 3.</p> <p>Ուլտրաձայնային գել՝ 1 շիշ</p> <p>Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					