

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ընկղման կայունաչերմոց (թերմոստատ)	ընկղման կայունաչերմոց (թերմոստատ)	ընկղման կայունաչերմոց (թերմոստատ)	ընկղման կայունաչերմոց (թերմոստատ)	CO2 ինկուբատոր Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ LCD դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Երկու դռների առկայություն՝ առջևի և ներքին ապակյա Կոնդենսացիայի ոչ առկայության համակարգ. խցիկում և ապակե դռան վրա չպետք է լինի կոնդենսատ Ջերմաստիճանի վերահսկում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +5 - + 55 ° C միջակայքում Ջերմաստիճանային

թողունակությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ °C Ներքին ցիրկուլացիայի համակարգի առկայություն

Խոնավությունը ոչ պակաս քան 80% Խոնավեցման միջոց. բնական գոլորշիացում CO2

պարունակության միջակայքը ոչ պակաս քան 0-20% CO2

թողունակությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ °C CO2 սենսորի առկայություն

Ստերիլիզացումը ուլտրամանուշակագույն լամպով Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ Ոչ պակաս քան 10 լիտր ծավալով CO2 գազի բալոնի առկայություն Գազի բալոնը պետք է ամբողջությամբ լցված լինի CO2 գազով Հատուկ CO2 ճնշման նվազեցման ռեդուկտորի առկայություն CO2 գազ մատակարարելու համար HEPA կամ ULPA գոտիչի առկայություն

Տեսողական և ձայնային ազդանշանի առկայություն Ոչ պակաս քան CO2 կոնցենտրացիայի և ջերմաստիճանի գերազանցման

				<p>ահագանգերի առկայությունը Ներքին կայանում՝ չժանգոտվող պողպատ Ոչ պակաս քան երկու դարակների առկայությունը էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմում Ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					