

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԹՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ներարկման պոմպեր	Dpmmmed	DPfusion VP1	Changsha DeepMed Medical Technology Co.,Ltd.	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ Գծային պերիստալտիկ պոմպ՝ ստանդարտ 3.6- 4.2 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար Այն հավասարապես օգտագործվում էր ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ , միկրո կաթիլ՝ 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ՝ առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը 4 ժամ 125 մլ / ժամ արագության դեպքում

LCD Էկրան ծրագրավորման համար, տվյալների մուտքի համար ծրագրավորման թվային ստեղծարար, բուժքրոջ զանգի ելքային ազդանշան, ժամանակի և ամսաթվի պարամետրեր, արագության տիտրում՝ ըստ ծավալի և ժամանակի ծրագրավորման Հոսքի արագությունը՝ 0.1-ից 999 մլ/ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ծավալը 1,0- 9999.9 մլ, շեղումը՝ 1% ժամանակի լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Օկյուլզիային ճնշում. Ծրագրավորելի է 150-ից 990 մմ ս.ս. տիրույթում Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1.

					ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Ներարկման պոմպեր	Dpmmed	DPfusion VP1	Changsha DeepMed Medical Technology Co.,Ltd.	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ Գծային պերիստալտիկ պոմպ՝ ստանդարտ 3.6- 4.2 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար Այն հավասարապես օգտագործվում էր ինֆուզիոն հավաքածուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ , միկրո կաթիլ՝ 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ՝ առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը 4 ժամ 125 մլ / ժամ արագության դեպքում

LCD Էկրան ծրագրավորման համար, տվյալների մուտքի համար ծրագրավորման թվային ստեղծարար, բուժքրոջ զանգի ելքային ազդանշան, ժամանակի և ամսաթվի պարամետրեր, արագության տիտրում՝ ըստ ծավալի և ժամանակի ծրագրավորման Հոսքի արագությունը՝ 0.1-ից 999 մլ/ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ծավալը 1,0- 9999.9 մլ, շեղումը՝ 1% ժամանակի լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 Ժ տիրույթում Օկյուլզիային ճնշում. Ծրագրավորելի է 150-ից 990 մմ ս.ս. տիրույթում Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1.

					ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE
--	--	--	--	--	---