

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	ESHERO / Chenwei / Northern	AM852 / CWM-302 / Atlas N5	Beijing Eternity Electronic Technology Co., Ltd. / Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd. / Northern Meditec Limited	ESHERO AM852 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորաձևային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին : Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 15" անկյունագծով Ներկառուցված սենսորային Էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման

					համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝1024x768: Առանձին նեոկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 - 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H₂O, PEEP՝ 3 - 20 սմ H₂O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O₂ գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ
--	--	--	--	--	---

					պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հոսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար
--	--	--	--	--	---

					նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր): Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ: / Chenwei CWM-302 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ VCV, PCV, PSV, SIMV, PA-VC (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին : Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային Էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով
--	--	--	--	--	--

					հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոլյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հոսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ծեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար
--	--	--	--	--	--

						(բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր): Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ: / Northern Meditec Atlas N5 Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ V-CMV (VCV), P-CMV (PCV), PSV, SIMV, PCV-VG (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին :
--	--	--	--	--	--	---

					Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝ 1024x768: Առանձին ներկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 - 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H₂O, PEEP՝ 3 - 20 սմ H₂O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անգգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O₂ գազի
--	--	--	--	--	--

						մատակարարման ճնշում, օդ, Էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հոսսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է,
--	--	--	--	--	--	---

				զօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր): Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---