# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Բոնանզա» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Medtronic | Solarice/NC Solarice | | Medtronic Inc | Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտռաստ նշանակիրով, մուտքային պրոֆիլը 0,016''/0,015'', կաթետրի երկարությունը 142սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 8atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 14atm: Շավթի տրամագիծը պրոքսիմալ հատվածում 2,1fr: Շավթի տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 1,50-3,50մմ տրամագծերի բալոնների դեպքում 2,5fr, 3,75մմ տրամագծի բալոնների դեպքում 2,5fr/2,7fr, 4,00-5,00մմ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | տրամագծերի բալոնների դեպքում 2,7fr: Բալոնի չափսերը՝ -1,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 30մմ: -2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 30մմ: -2,25 և 2,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 25մմ: -3,25 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | քան 20մմ: -4,50մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -5,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«Бонанза» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | - | - | - | - | - |