ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis	G9867BA	Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis	Agilent Technologies	Երկարաժամկետ քսենոնային ֆլեշ-լամպի աղբյուր • Մշտական օպտիկական ճշգրտմամբ ճառագայթ • Խիստ վերահսկվող ճառագայթի երկրաչափություն (նմուշի շփման մակերես՝ <1.5 մմ • Ալիքային տիրույթ՝ 190–1100 նմ • Առավելագույն սկանավորման արագություն՝ 150 000 նմ/րոպե • Տվյալների հավաքագրման արագություն՝ 250տվյալ/վայրկյան • Միաժամանակ չափվող կյուվետների առավելագույն քանակ՝ 8 • Ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգ- Բնութագիր Ջրազերծ

						ջերմաստիճանային ցիկլավորում-0-ից մինչև 110°C Անկախ վերահսկվող ջերմաստիճանային գոտիների քանակ-1/ 2/ 4 Ջերմաստիճանի վերահսկման/մոնիտորինգի կետեր-2/ 8 Ջերմաստիճանի ճշգրտություն – Peltier բլոկի զոնդ (°C) ±0.5 Ջերմաստիճանի ճշգրտություն – Նմուշի զոնդ (°C) ±0.25 Բջիջների միջև ջերմաստիճանի տարբերություն (°C) <±0.15 Ջերմաստիճանի բարձրացման արագություն –(°C/րոպե)- 40.0 Ֆոտոմետրիկ համակարգ- Երկու ճառագայթով՝ հետևի ճառագայթով մուտք Մոնոխրոմատոր- Երկակի հարթությունից դուրս Littrow մոնոխրոմատոր Աղբյուր- հոլովակային քսենոնային փլեշ լամպ՝ սովորական ծառայության ժամկետը 10 տարի (հաստատված 3 տարի) Աղբյուրի փլեշի հաճախականություն- 250 Հց Ալիքների տիրույթ- 190-ից 1100 նմ Դետեկտորներ- ակտիվ ֆոտոդիոդային դետեկտորներ՝ միաժամանակյա բոլոր ալիքների

						չափումների համար Ճառագայթի չափսերը նմուշի շփման մակերևույթում< 1.5 մմ Սահմանափակ լուծման հնարավորությունը- 0.1 նմ Հարևանային լույս (%T) – - 198 նմ (12 գ/L KCl, BP/EP մեթոդ) <1.0% - 220 նմ (10 գ/L NaI, ASTM մեթոդ) <.003% - 300 նմ (Ացետոն) <0.005% - 370 նմ (50 մգ/L NaNO2) <0.003% Ալիքների ճշգրտություն (նմ) Xe արտանետման գծեր՝ ± 0.2 Ալիքների վերարտադրելիություն (նմ) ± <0.025 Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն (Abs) NIST 930E ֆիլտր՝ 1 Abs ±0.005 Ֆոտոմետրիկ տիրույթ (Abs)- 4.0 Abs Ֆոտոմետրիկ վերարտադրելիություն (Abs) -0.005 Abs Ֆոտոմետրիկ կայունություն (Abs/ժամ) 30 րոպե տաքացումից հետո, 500 նմ, 5 նմ SBW <0.0003 Ֆոտոմետրիկ աղմուկ (Abs/RMS) - 500 նմ, 0 Abs <0.0001 Abs 500 նմ, 0 Abs (Ultra-Micro Cuvette-ով՝ 50 µL, 2 × 2.5 մմ, 10 մմ ճանապարհի երկարություն) <0.0001 Abs 500 նմ, 1 Abs <0.0002 Abs, Զ-բարձրություն -15 մմ Սպեկտրային ժապավենի լայնություն- 0.1-ից 5 նմ՝ 0.01 նմ

						քայլերով Առավելագույն սկանավորման արագություն-150,000 նմ/րոպե Տվյալների հավաքագրման արագություն- 250տվյալ/վայրկյան Տվյալների միջակայք- 0.01-ից 10 նմ 15-ից 35 °C՝ 15-ից 80% հարաբերական խոնավությամբ, առանց խոնավության համեմատական տարածքում, բարձրություն՝ 0-ից մինչև 3,100 մ Էլեկտրական պահանջներ • մատակարարման հոսանք՝ 100-ից -240 վոլտ AC • Հաճախություն՝ 50-ից -60 Հց • Շարժիչի առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 100 VA o CTM (կոմպլեկտի մոդուլներ) ՝ 130 VA o MCM (միջին կոնֆիգուրացիոն մոդուլ) ՝ 480 VA Սարքը կմատակարարվի 8 կյուվետների հետ, որոնք կլինել Agilent Technologies, ընկերության արտադրության: Կյուվետի տեսակը՝ UV/տեսանելի տիրույթի համար նախատեսված կվարցե կյուվետ՝ 200-2500 նմ սպեկտրային տիրույթով, օպտիկական ճանապարհի երկարությունը կլինի (path length)՝ 10 մմ և կունենա

հերմետիկ փակվող կլոր վզով, սպիտակ կափարիչ, կյուվետի օգտակար ծավալը՝ 3.5մլ, իսկ արտաքին չափսերը՝ 45մմ (բարձրություն) × 12.5 մմ (լայնություն) × 12.5 մմ (խորություն): Երաշխիքը՝ մեկ տարի: Աշխատակիցների ուսուցում տաս օրում Աշխատակիցների հավատարմագրում, սերտիֆիկատների տրամադրում Արտադրողը կներկայացնի լիազորագիր մատակարարման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					