

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԷԼ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Սարքին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ անասնաբուժական բազմաֆունկցիոնալ մոնիտորինգի համակարգ՝ 12.1" գունավոր LED էկրանով, 3/5 լիդ ECG մշտադիտարկմամբ (սրտի հաճախություն և ռիթմ), ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշման ավտոմատ/ձեռքով չափման ռեժիմներով (NIBP), արյան թթվածնային հագեցվածության (SpO₂) և պուլսի հաճախության վերահսկմամբ, մարմնի ջերմաստիճանի և շնչառության հաճախության մոնիտորինգով, ծայրային և տեսողական տազնապային ազդանշաններով (սահմանային արժեքների կարգավորմամբ), տվյալների պահպանման և տրենդների դիտարկման հնարավորությամբ, մարտկոցային պահուստային սնուցմամբ և կոմպակտ կառուցվածքով՝ նախատեսված կլինիկական, վիրաբուժական և վերակենդանացման անասնաբուժական կիրառությունների համար: Լրացուցիչ պահանջներ. Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեստուարներով, միացման լարերով, ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 (երեք հարյուր վաթսուհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Смартэл ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-26/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	