

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք	Էլեկտրասրտագրմ ան սարք	DICOM տվյալների փոխանցման շարժական ԷՍԳ Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Բարձր լուծաչափով թվային դիսփլեյի առկայություն. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 5,5" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR

						PR- ի միջակայքում QRS տևողությունը QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Աղմուկի հարմարվողական թվային գտում ոչ պակաս քան 1-350 Հց հաճախականությամբ միջակայքում Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմենտների հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մ Համատեղելի ինչպես գլանափաթեթի, այնպես էլ Z-ծևի թղթի հետ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 4 ժամ շարունակական աշխատանք կամ 350 ԷՍԳ ձայնագրում Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա ԷՍԳ
--	--	--	--	--	--	---

					ինտերպրիտացիայի առկայություն Ոչ պակաս քան 1000 EՍԳ հիշելու ունակություն Ներկառուցված դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանության համակարգի առկայություն Փոխանցվող տվյալների ձեւաչափը ոչ պակաս քան HL7, XML եւ DICOM Շտրիխ կոդերի սկաների միացման հնարավորություն Wi-Fi մոդուլի առկայություն Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ EՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ
--	--	--	--	--	--

					(առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-EU8U72P-26/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					