

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	WALLFLEX ENTERAL Stent	WallFlex™ Duodenal	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Նախատեսված չարորակ նորագոյացությունների հետևանքով առաջացած աղիքային ստենոզների կամ անանցանելիության ընդարձակման համար: Ստենտը պետք է պատրաստված լինի Նիտինոլային (Ni-Ti) լարից, որը ապահովում է բարձր ճկունություն և ձևի հիշողություն: Ստենտը պետք է ապահովի բավարար ռադիալ ծգողական ուժ՝ անանցանելիությունը վերականգնելու համար : Պետք է հասանելի լինեն մետաղական/չծածկված/ uncovered (Bare-metal) և պոլիմերային ծածկույթով/մասնակի կամ լրիվ ծածկված /covered / partially covered (Polymer-metal) տարբերակներ: Ստենտը պետք է ապահովի ջերմային ակտիվացում՝ տեղադրման ընթացքում դառնալով ավելի ճկուն և հեշտ կառավարելի, իսկ մարմնի ջերմաստիճանում ($\approx 33^{\circ}\text{C}$) պետք է ընդարձակվի՝

				ապահովելով անհրաժեշտ բացում Ստենտի վրա պետք է առկա լինեն պատկերային մարկերներ, որոնք հստակ տեսանելի են ռենտգենի տակ՝ ապահովելով ճշգրիտ տեղադրում: Ստենտի ծայրերը պետք է լինեն ատրավմատիկ (կլորացված)՝ պերֆորացիայի ռիսկը նվազեցնելու համար), որը նվազեցնում է գրգռումը և կանխում տեղաշարժը: Ստենտը պետք է մատակարարվի ներդրման համակարգով Համատեղելությունը՝ Էնդոսկոպի միջոցով (TTS - through-the-scope) կամ OTW (Over-the-Wire) : Չափսեր • Ստենտի տրամագիծ՝ 16-30 մմ • Ստենտի երկարություն՝ 40-180 մմ • Ներմուծման համակարգի տրամագիծ՝ ոչ ավելի քան 10-12 Fr Սարքը պետք է ապահովի ինքնալայնացում մարմնի ջերմաստիճանում, բավարար ռադիալ ուժ աղու լուսանցքը պահպանելու համար, նվազեցնի միգրացիայի ռիսկը կառուցվածքի կամ ծածկույթի հաշվին և հնարավորություն ընձեռի տեղադրման ընթացքում տեսողական ու ռենտգեն հսկողություն Ներմուծման համակարգը պետք է ներառի ստենտ, ներդրման համակարգ: Ուղղորդող լարը կարող է ներառվել որպես լրացուցիչ բաղադրիչ, սակայն մատակարարումը թույլատրվում է նաև առանց դրա: Արտադրանքը պետք է ունենա CE սերտիֆիկատ կամ համապատասխանի ISO կամ YY/T ստանդարտներին : Արտադրանքը պետք ստերիլիզացված է էթիլենօքսիդով (EO): Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն կենսահամատեղելի և ունենան կենսահամատեղելիության հավաստում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-