

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր մինի աղաց	Լաբորատոր մինի աղաց	Լաբորատոր մինի աղաց	Լաբորատոր մինի աղաց	<p>Լաբորատոր մինի-աղաց հավաքածու՝ միջին կարծրության, փխրուն և խոնավ սնուլները հեղուկ կամ չոր միջավայրում մանրացնելու, ինչպես նաև կրիոգեն (հեղուկ ազոտով սառեցվող) մանրացման համար: Սարքը պետք է հնարավորություն տա մանրացնել սառեցված հյուսվածքների և բջիջների սնուլներ: • Մանրացման տեսակը՝ հարվածային ուժով: • Մանրացրած մասնիկի չափերը մինչև 5 մկմ: • Նմուշի նվազագույն ծավալը 0.1մլ: • Նմուշի առավելագույն ծավալը 15մլ: •</p>

Մանրացնող բաժակի
տատանումները թույլտվում 900-3000,
ամպլիտուդան՝ 5-10 մմ : •
Մանրեցման ժամանակ՝ մի քանի
վայրկյանից մինչև մի քանի թույլտվում : •
Թվային էկրան, ժամանակը և
տատանումները կարգավորելու
հնարավորություն : • Ընդհանուր
էներգիայի սպառումը միաֆազ՝
100-240V, 50-60Hz, ոչ ավել 70 Վտ:
Ապրանքի մաքուր քաշը ոչ ավել 7
կգ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել 75
դԲ: Աղացքը պետք է ունենա՝ □
առնվազն 1 հատ մանրացման
տարա՝ 15-20 մլ ծավալով,
կափարիչով: Նյութը՝ ցիրկոնիումի
երկօքսիդ □ առնվազն 4 հատ
մանրացման գնդիկներ, 12-17 մմ
տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
երկօքսիդ □ առնվազն 10 հատ
մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ
տրամագծով՝ նյութը՝ ցիրկոնիումի
երկօքսիդ □ առնվազն 1 հատ
մանրացման տարայից՝ 15-20 մլ
ծավալով, կափարիչով: Նյութը՝
չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն
4 հատ մանրացման գնդիկներ,
12-17 մմ տրամագծով՝ նյութը՝
չժանգոտվող պողպատ □ առնվազն

				<p>10 հատ մանրացման գնդիկներ, 5-10 մմ տրամագծով՝ նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Սարքը պետք է ունենա կափարիչի ապահով փակման մեխանիզմ, լինի կոմպակտ և ցածր աղմկային համակարգ: Համապատասխան եվրոպական կանոնակարգերի: Տրամադրել կիրառման ձեռնարկ, ISO 9001 և արտադրողի CE սերտիֆիկատների առկայություն: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն • Մասնագետի մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և փորձարկում, ոչ պակաս 2 օր: Մեթոդաբանության ներդնում</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-ECXCTQF-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					