ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Վակումային փորձանոթ NaCi պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ՝ Վակուետտե 3,2%Նատրիումի եռցիտրատով (Sodium Citrate)։ Փորձանոթի ծավալը՝3,5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ։ Խառնման հարաբերակցությունը 1 մաս ցիտրատ է 9 մաս արյան։Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆիրմային նշանի

					առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում:Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Վակումային փորձանոթ NaCi պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ՝ Վակուետտե 3,2%Նատրիումի եռցիտրատով (Sodium Citrate)։ Փորձանոթի ծավալը՝3,5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ։ Խառնման հարաբերակցությունը 1 մաս ցիտրատ է 9 մաս արյան։Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆիրմային նշանի

					առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում:Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում: