

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Վակումային փորձանոթ K3EDTA պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ՝ Վակուէտտե K3EDTA : Փորձանոթի ծավալը՝3 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում:Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO

					<p>13485 սերտիֆիկատների առկայություն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	ՎակուՄային փորձանոթ K3EDTA պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակուՄային փորձանոթ՝ ՎակուԼետտե K3EDTA : Փորձանոթի ծավալը՝ 3 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում: Պահպանման պայմանները՝ 4-30°C: ISO 9001 և ISO

					<p>13485 սերտիֆիկատների առկայությունն Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:</p>
--	--	--	--	--	---