ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող :Փորձանոթի ներքին պատը պատված է մանրադիտակային սիլիցիումի մասնիկներով (մակարդուկի ակտիվատորի հիմնական բաղադրիչը՝ SiO2), որոնք ակտիվացնում են մակարդումը, երբ խողովակները զգուշորեն պտտվում են: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Ֆորմատ `100 հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների

					առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:Ցենտրիֆուգելուց հետո միկրոթելիկների բացակայությամբ՝ մաքուր անջատված շիճուկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող	SAV MEDICAL	--	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման վակումային փորձանոթ Gel+Clot Activator պարունակող :Փորձանոթի ներքին պատը պատված է մանրադիտակային սիլիցիումի մասնիկներով (մակարդուկի ակտիվատորի հիմնական բաղադրիչը՝ SiO2), որոնք ակտիվացնում են մակարդումը, երբ խողովակները զգուշորեն պտտվում են: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Ֆորմատ `100 հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները՝4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների

					առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան որակի հավաստագիր : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:Ցենտրիֆուգելուց հետո միկրոթելիկների բացակայությամբ՝ մաքուր անջատված շիճուկ