ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Միկրոալիքային սինթեզի բազմաֆունկցիոնալ լաբորատոր համակարգ՝ մթնոլորտային և բարձր ճնշման պայմաններում սինթեզների և նմուշ շապատրաստման համար	FlexiWave	FlexiWave	Milestone	Միկրոալիքային սինթեզի համակարգ՝ բարձր և ցածր ճնշման պայմաններում նյութերի սինթեզի համար: 230Վ-50Հց, 3.5Կվտ: 2 Մագնետրոն ՝ ընդհանուր ոչ քիչ քան 2000 Վտ հզորությամբ: Աշխատանքային միկրոալիքի հզորություն՝ առնվազն 1800 Վտ: Հզորության կարգավորում՝ 1 Վտ քայլով ։ Դաշտի միատարրություն՝ «5%: Ներքին խցիկի չափսեր՝ 57×51×61 սմ (ծավալ՝ 70.5 լ)+10%: • Ճառագայթման ռեժիմները ընտրելու հնարավորությամբ՝ անընդհատ կամ պուլսային: • Ներկառուցված թվային

						տեսախցիկ՝ խցիկում սինթեզի ընթացքին հետևելու համար։ • Ոչ կոնտակտային ինֆրակարմիր (IR) ջերմաչափ՝ տեղադրված է կողային պատում։ Ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ մինչև 500°C։ Օգտագործվում է պինդ նմուշների ռեակտորների հետ • Ներկառուցված պտտվող ավտոմատ խառնման համակարգ (ռեակտորի պտույտը 45° է, արագության սահուն կարգավորումով։ Ռեակտորը պետք է տեղակայված լինի հորիզոնականի նկատմամբ որոշակի անկյան տակ, ինչը անհրաժեշտ է պինդ ֆազային սինթեզի համար)։ • Ներկառուցված մագնիսական խառնիչ՝ հեղուկ նմուշների համար։ • Հնարավորություն՝ աշխատելու վակուումում կամ իներտ մթնոլորտում • Արդյունաբերական հեռակառավարման տերմինալ-համակարգիչ 660 - 6.5"" բարձր հստակության սենսորային գունավոր էկրան, քիմիապես դիմացկուն կառուցվածք, տվյալների պահպանում՝ արտաքին ֆլեշ կրիչի վրա։ Ոչ քիչ քան 7 կապի պորտ

						արտաքին միացումների համար: • EasyControl ծրագրային ապահովում: Պրոցեսների ծրագրավորում կախված ջերմաստիճաններից: Աշխատանքային պարամետրերի վերահսկում իրական ժամանակում: Ծրագրերի ստեղծում, պահպանում, խմբագրում և տվյալների բազայի ձևավորում (անսահմանափակ ծավալ): Օգտագործման իրավասության սահմանում: Պետք է համապատասխանի GLP ստանդարտներին, CFR-21 Part 11: Ռուսերեն ինտերֆեյս: • PID ղեկավարման համակարգ՝ իրական ժամանակում բոլոր պարամետրերի վերահսկում՝ առանց դադարեցնելու սինթեզի ծրագիրը փոխելու հնարավորությամբ: • Համակարգի արտաքին պատերը պետք է լինեն պողպատե՝ 1 – 1.5 մմ հաստությամբ, պողպատե ռոտորային համակարգ, առանց պլաստիկ տարրերի: Լաբորատոր սեղանի դռան տիպ՝ բացվում է վերևից ներքև: Հակակոռոզիոն պատվածք՝ 5 տարվա երաշխիքով: Բարձր արդյունավետության

						օդափոխման համակարգ՝ Արտադրողականություն՝ 1.8 մ³/րոպե; Դիմացկուն օրգանական լուծիչների գոլորշիների հանդեպ: Ներառված: Համակարգի անվտանգության ինտեգրված համակարգ:հավաքածու՝ մթնոլորտային բարձր ճնշման պայմաններում սինթեզի համար • Մթնոլորտային ճնշման պայմաններում աշխատելու հավաքածու. ռեակցիոն ապակե անոթ՝ 500 մլ, երկբերան, միացման չափեր՝ NS29 և N14, ապակե միակցիչ խողովակ՝ NS029, երկարություն՝ 440 մմ, ապակե խողովակավոր սառեցուցիչ, մագնիսական խառնիչ: Լրացուցիչ ռեակցիոն անոթներ՝ Pyrex ապակե անոթ՝ 100 մլ, Pyrex ապակե անոթ՝ 1 լ, մագնիսական խառնիչ: Խցիկներ բարձր ճնշման պայմաններում նմուշապատրաստման և սինթեզի համար • Սեգմենտային ռոտոր՝ 15 դիրքով: • Առնվազն 7 ավտոկլավ՝ Աշխատանքային ճնշում՝ մինչև 100 մթն: Առավելագույն ճնշում՝ ոչ պակաս քան 170 մթն: • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ոչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЧЧЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					քիչ քան 300°C: • Պատրաստված են TFM-M նորագույն տեֆլոնից • Ջերմաստիճանի ճշգրիտ վերահսկման հնարավորություն • Արտոնագրված վթարային անվտանգության փականով • Կերամիկական պաշտպանիչ պատյան • 4 մագնիսական խառնիչ՝ ավտոկլավների համար • Մոնտաժման հարթակ՝ ավտոկլավների տեղադրման համար • Տեսզոմետրին բանալի՝ ավտոկլավների հերմետացման և բացման համար Ջերմաստիճանի բարձր ճշգրտության ոչ կոնտակտային հսկման մոդուլ • Ջերմաստիճանի չափում՝ անոթի հատակի միջով • Ապահովում է բոլոր ավտոկլավների ջերմային պրոֆիլների մոնիտորինգ • Համատեղելի է 660 տերմինալի ծրագրային ապահովման հետ՝ տվյալների արտացոլման և պահպանման համար ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն •

					Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի տեղադրում և փորձարկում, ոչ պակաս 2 օր: • Սինթեզի մեթոդաբանության ներդնում ոչ պակաս 2 օր: ICP-OES մաքրության ստանդարտ նյութերի հավաքածու, տարատեսակ նմուշներ միկրոալիքային քայքայման ենթարկելու համար: • Նմուշապատրաստման մեթոդաբանության ներդրում ոչ պակաս 2 օր: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի