ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Minnuo Group	Minnuo	MNPN-3/99999-12	Jiangsu Minnuo Group	Ազոտի բարձր ճնշման լիցքավորման կայանք 1. Ընդհանուր դրույթներ 1.1. Կայանը նախատեսված է մթնոլորտային օդից բարձր մաքրության ազոտի գեներացման համար՝ ճնշման տատանողական ադսորբցիայի (PSA) տեխնոլոգիայի կիրառմամբ՝ ածխածնային մոլեկուլային մաղով որպես ադսորբենտ: 1.2. Ազոտի առանձնացումը իրականացվում է թթվածնի և ազոտի դիֆերենցիալ ադսորբցիայի և դիֆուզիայի արագությունների հաշվին՝ շրջակա միջավայրին մոտ ջերմաստիճանում:

						1.3. Կայանը պետք է մատակարարվի որպես ամբողջական, գործարանային պայմաններում հավաքված մեկ միավոր՝ մոնտաժված մետաղական շրջանակի վրա։ 1.4. Տեղադրումից և էլեկտրասնուցման միացումից հետո կայանը պետք է պատրաստ լինի շահագործման։ 1.5. Մատակարարումից հետո որևէ կառուցվածքային փոփոխություն կամ լրացուցիչ մոնտաժ չի թույլատրվում, քանի որ սարքավորումը նախատեսված է 200 բար աշխատանքային ճնշման համար և դասակարգվում է որպես բարձր վտանգավոր սարքավորում։ 2. Գործառնական պահանջներ 2.1. Կայանը պետք է ապահովի՝ • ազոտի մաքրություն՝ 99.999%, • արտադրողականություն՝ ≥50 լ/րոպե, • ելքային ճնշում՝ ≥200 բար (կարգավորվող), • մեկնարկի ժամանակ՝ ≤30 րոպե, • լիովին ավտոմատացված աշխատանք։ 2.2. Կայանը պետք է ունենա կրկնակի ադսորբցիոն աշտարակներ, որոնք աշխատում են հերթափոխ՝ մեկը ադսորբցիայի, մյուսը՝

						վերականգնման ռեժիմում: 2.3. Կառավարումը պետք է իրականացվի PLC համակարգով՝ պնևմատիկ փականների ավտոմատ կառավարմամբ: 3. Համակարգի կազմը և մանրամասն նկարագրությունը Կայանը պետք է ներառի՝ 1. Պտուտակային օդային կոմպրեսոր (≥7.5 կՎտ, ≥66 մ³/ժ, ≥8 բար, 380 Վ) 2. Օդի չորացուցիչ (8–12 բար, 0–4°C ցողի կետ) 3. 5-փուլային ֆիլտրացիոն համակարգ 4. Օդային բաք՝ ≥300 լ, 10 բար 5. PSA ազոտի գեներատոր (≥50 լ/րոպե, ≥99.999%, 220 Վ) 6. Ազոտի բաք (≥300 լ, 10 բար) 7. Ազոտի միջին ճնշման ուժեղացուցիչ (ելք՝ 15 բար ±5%) 8. Միջին ճնշման ազոտի բաք (16 բար) 9. Ազոտի բարձր ճնշման ուժեղացուցիչ (ելք՝ 200 բար, 380 Վ) 10. Բարձր ճնշման լիցքավորման կոլեկտոր (200 բար, 5 բալոն) 11. Բարձր ճնշման 50 լիտրանոց գազաբալոններ (200 բար) 3.1. Պտուտակային օդային կոմպրեսոր: Եռաֆազ (380 Վ) օդային կոմպրեսոր՝ 7.5 կՎտ հզորությամբ և 66 մ3/ժ օդային ելքային հզորությամբ: Ելքի ճնշումը

						8 բար է: Կոմպրեսորի աղմուկի մակարդակը 60 դԲ, որն ունի կոմպակտ չափսեր՝ 900x700x900 մմ: Այն ծրագրավորվում է խելացի PLC կառավարման բլոկով և թվային ԼԵԴ էկրանով, կարող է սահմանել ժամաչափ, սպասարկման գրաֆիկ, ելքային ճնշում և այլն: Ներառում է սպասարկման հավաքածու՝ յուղ, ֆիլտր, միջադիրներ: 3.2. Օդի չորացուցիչը նախատեսված է սեղմված տաք օդը չորացնելու համար՝ խտացրած ջրի գոլորշիների սառեցման և հետագա ավտոմատ ջրահեռացման միջոցով: Այն կարող է 8-12 բար ճնշման տակ և 2,5-3 մ3/ժ ծավալով օդը ջրի ցողի կետում (0-4 աստիճան) չորացնելու հզորություն: Սարքը հագեցած է 600 Վտ ±10% սառնարանային կոմպրեսորով, օդափոխիչով և ջերմափոխանակիչով: 3.3. Ֆիլտրացիոն համակարգը նախատեսված է օդի աղտոտիչները հեռացնելու համար: Բաղկացած են 5 փուլային օդամաքրման միավորներից, որոնք հեռացնում են ջրի հետքերը, օրգանական մոլեկուլները, փոշին, մանրէները,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					հոտերը և այլն՝ 99.9% արդյունավետությամբ: Մաքուր օդում մնացորդային աղտոտիչների քանակը չի գերազանցում 0,001 մգ/մ3-ը կամ 0,001 ppm-ը: 3.4. Օդի բաքը նախատեսված է արտադրված և մաքրված սեղմված օդը հետագա մշակման համար պահելու համար: Այն ունի 300 լիտր ծավալ, պատրաստված է պողպատից և կարող է դիմանալ 10 բար ճնշման: Հագեցած է ճնշման մանոմետրով, անվտանգության փականով, գազի մուտքի և ելքի փականներով, արտանետման ստորին փականով: Չափերը՝ 500*1500 մմ ± 10%: 3.5. PSA Ազոտի գեներատորը արտադրում է ազոտ 50 լ/րոպե ծավալով և 99,999% մաքրությամբ: Ելքային ճնշումը 6 բար է (կարգավորելի է մինչև 8 բար): Սարքն ունի 0.8-1.0 կՎտ հզորություն և 220 Վ / 50 Հց էլեկտրաէներգիայի մատակարարում: Չափսերը՝ 750x800x1900 մմ ±10%: Ազոտի գեներատորը կառավարվում է թվային PLC կարգավորիչով՝ թվային LCD էկրանով: Ելքային գազի

						պարամետրերը կարող են կարգավորվել վերջնական օգտագործողի կողմից: Սարքը հագեցած է անվտանգության համակարգերով, ինչպիսիք են՝ ավտոմատ ճնշման արտանետման փական, արտակարգ անջատման կոճակ և այլն, ինչպես նաև մուտքի և ելքի ճնշման մանոմետրերով: Աղմուկի մակարդակը 50 դԲ-ից պակաս է: 3.6. Ազոտի բաքը նախատեսված է գեներացված 99.999% մաքրությամբ ազոտ գազը 8 բար ճնշման տակ պահելու համար: Այն ունի 300 լիտր ծավալ, պատրաստված է պողպատից և կարող է դիմանալ 10 բար ճնշման: Հագեցած է ճնշման մանոմետրով, անվտանգության փականով, գազի մուտքի և ելքի փականներով, արտանետման ստորին փականով: Չափսերը՝ 500*1500 մմ ± 10%: 3.7. Ազոտի միջին ճնշման ուժեղացուցիչը նախատեսված է գեներացված գազային ազոտը 15-20 բար սեղմելու և բարձր ճնշման ազոտի բաք լցնելու և պահելու համար: Սարքն ունի 50 լ/րոպե հզորություն: Մուտքի ճնշումը 6-8

						բար է, իսկ ելքի ճնշումը՝ 15 բար ±5%: Սնուցման աղբյուրը՝ 220 Վ / 50 Հց, 2.5-3 կՎտ: Սարքը կառավարվում է թվային PLC կարգավորիչով և թվային LCD էկրանով: Այն ունի 4 մեխանիկական ճնշման մանոմետր՝ մուտքի և ելքի ճնշման, ինչպես նաև բալոնների ներսում ճնշմումը դիտարկելու համար: Սարքը հագեցած է անվտանգության համակարգերով, ինչպիսիք են՝ ավտոմատ ճնշման արտանետման փական, արտակարգ անջատման կոճակ, նախազգուշացնող լույսային ազդանշաններ և այլն: 3.8. Ազոտի միջին ճնշման բաքն ունի 300 լիտր ծավալ, պատրաստված է պողպատից և կարող է դիմանալ 16 բար ճնշման: Հագեցած է ճնշման մանոմետրով, անվտանգության փականով, գազի մուտքի և ելքի փականներով, արտանետման ստորին փականով: Չափսերը՝ 500*1500 մմ ± 10%: 3.9. Ազոտի բարձր ճնշման ուժեղացուցիչը նախատեսված է 15 բար ճնշման տակ սեղմված ազոտը լիցքքավորելու բարձր ճնշման

						ազոտի գազաբալոնների մեջ հասցնելով ելքային ճնշումը 200 բար ճնշման: Սարքն ունի 50 լ/րոպե հզորություն: Մուտքային ճնշումը պետք է լինի 15 բար, իսկ ելքի ճնշումը՝ 200 բար: Ճնշումը կարող է կարգավորվել վերջնական օգտագործողի կողմից: Էլեկտրամատակարարումը եռաֆազ է՝ 380 Վ / 50 Հց, 4.5-5.5 կՎտ՝ կախված աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից: Սարքը կառավարվում է թվային PLC կարգավորիչով՝ թվային LCD էկրանով: Այն ունի 4 մեխանիկական ճնշման չափիչ՝ մուտքի և ելքի ճնշման, ինչպես նաև սարքի պորշինների ներսում ճնշման համար: Սարքը հագեցած է անվտանգության համակարգերով, ինչպիսիք են՝ ավտոմատ ճնշման արտանետման փական, արտակարգ անջատման կոճակ, նախազգուշացնող լույսեր և այլն: 3.10. Բարձր ճնշման լիցքավորման կոլեկտորը պատրաստված է 304 չժանգոտվող պողպատից և նախատեսված է 5 բարձր ճնշման 50 լիտրանոց գազաբալոն պահելու և

						լցնելու համար: Այն ունի մետաղական շրջանակ՝ գլանների անվտանգ պահպանման համար: Լիցքավորման կոլեկտորը կարող է դիմանալ 200 բար ճնշման, հագեցած է 5 բարձր ճնշման մեխանիկական փականներով և միացված է բարձր ճնշման ուժեղացուցիչին ճնշմանը դիմացկուն փափուկ խողովակի միջոցով: Մուտքի և ելքի ճնշումը վերահսկվում է ճնշման մանոմետրի միջոցով և կարող է կարգավորվել կամ փակվել փականների միջոցով: 3.11. Բարձր ճնշման բալոնները ներառված են ազոտի գեներատորի հավաքածուի մեջ և կարող են հեշտությամբ միացվել և անջատվել բազմաբաշխիչին՝ առանց լրացուցիչ մեխանիկական մասերի: Բալոնները կարող են դիմանալ 200 բար ճնշման և ունեն 50 լիտր ծավալ: 4. Անվտանգության պահանջներ 4.1. Համակարգը պետք է հագեցած լինի անվտանգության փականներով, ավտոմատ ճնշման արտանետման համակարգով, արտակարգ անջատման կոճակով և ճնշման մանոմետրերով: 4.2. Բոլոր բարձր

					ճնշման հանգույցները պետք է համապատասխանեն 200 բար աշխատանքային ճնշման պահանջներին: 5. Մատակարարի պարտավորություններ 5.1. Տեղադրում պատվիրատուի կողմից համաձայնեցված հասցեում: 5.2. Էլեկտրամոնտաժային և կոմունիկացիոն աշխատանքների իրականացում (բոլոր անհրաժեշտ նյութերով): 5.3. Պուսկոնալադկա և գործարկում: 5.4. Անձնակազմի տեղում ուսուցում: 6. Երաշխիք • Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս: • Երաշխիքային սպասարկում՝ 12 ամիս: