ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով	GBP750S-4	GBP750S-4	TENCAN	Ներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով: Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի առնվազն 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը

						առավելագույնը 1 PPM կամ ≥99,9995% ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դույմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2*10-3 վակումի և 4լ/վ հզուրությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (առնվազն φ360×600±2մմ և φ150×360±2մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: Պահարանը ունի ոչ պակաս քան 4 հատ բութիլ ձեռնոց 0,3-0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ 200*800±2մմ: Ձեռնոցների դասավորությունը՝ կողք կողի պահարանի դիմապակու վրա: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս

						ստանդարտ KF-40 պորտեր, կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, ոչ պակաս քան 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝ 2000±100*800±50*1000±100մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝ 2600±100x800±50*1800±100մմ: Ազոտի գեներատոր: Գեներացված գազի մաքրություն առնվազն ≥99,999%: Սարքը նախատեսված է ձեռնոցատուփերին գերմաքուր գազային ազոտի մատակարարման և պահպանման համար: Տեխնիկական պարամետրերն են՝ արտադրողականություն՝ ոչ պակաս 35 L / Րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում՝ ≥ 8 մթն, գազի պահպանման բալոնի ծավալ՝ ≥ 200 L: Սարքի սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ / 50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին չափսեր՝ 700*600*1300 մմ ± 10%: Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի, բալոնի ճնշման ցուցիչներով: Աշխատանքային

						ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Ազոտի գեներատորը համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝ առնվազն 200 L ծավալով բաքով, ոչ պակաս քան 4 հատ 1500 Վտ անյուղ մեմբրանային պոմպերով (ընդհանուր 6 կվտ): 2) Օդը չորացնող ավտոնոմ սարքից՝ նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի հզորությամբ կոմպրեսորի արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման տակ գտնվող գերտաք օդը սառեցնելու, կոնդենսատը կուտակելու և ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու համար: Այն բաղկացած է առնվազն 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը առնվազն 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԿԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են. Գեներացված գազի մաքրություն ≥99,99%: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հց, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր առավելագույնը 60*30*45 սմ: Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Գազերի խառնման կայանք: Թողունակությունը առնվազն 25 լ/ր, առավելագույն մուտքային ճնշում՝ 60 մթն, առավելագույն ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, ճշգրտությունը առնվազն՝ 2,5%: Համակարգը պետք է ներառի հավելյալ պահեստամասեր՝ առնվազն 2 զույգ բութիլային ձեռնոց, առնվազն 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակումային յուղ

					առնվազն 8 լ, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ առնվազն 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյաին խողովակներ՝ առնվազն 50-ական մետր, միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի: