

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Torun	Torun	GBS4S	Torun	Իներտ Միջավայի Պահարան 4 ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի գեներատորներով, խառնման կայանքով: Սարքի աշխատանքը ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 կարգի առնվազն 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, դիմապակու հաստությունը առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ լամինացված է: Սարքը հագեցած է թթվածնի, օրգանական լուծիչների և խոնավության սենսորներով և դրանց պարունակությունը 1 PPM

					կամ $\geq 99,9995\%$ ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դոլյմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզուրությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (առնվազն $\phi 360 \times 600 \pm 2$մմ և $\phi 150 \times 360 \pm 2$մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: Պահարանը ունի 4 հատ բութիլ ձեռնոց 0,3-0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ $200 \times 800 \pm 2$մմ: Ձեռնոցների դասավորությունը՝ կողք կողի պահարանի դիմապակու վրա: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս ստանդարտ KF-40 պորտեր,
--	--	--	--	--	--

կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, 4 դարակաշար, խցիկի ներքին չափսեր՝

2000±100*800±50*1000±100մմ, սարքի արտաքին չափսեր՝

2600±100*800±50*1800±100մմ:

Ազոտի գեներատոր: Գեներացված գազի մաքրություն առնվազն $\geq 99,999\%$: Սարքը նախատեսված է ձեռնոցատուփերին գերմաքուր գազային ազոտի մատակարարման և պահպանման համար:

Տեխնիկական պարամետրերն են՝ արտադրողականություն՝ 35 L / Բոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում՝ ≥ 8 մթն, գազի պահպանման բալոնի ծավալ՝ ≥ 200 L: Սարքի սնուցման պարամետրեր՝ 220 վ / 50Հց, 1 կվտ: Սարքի արտաքին չափսեր՝ 700*600*1300 մմ $\pm 10\%$:

Սարքը կառավարվում է ծրագրավորվող թվային համակարգով, հագեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով, ինչպես նաև մուտքային/ելքային գազերի, բալոնի ճնշման ցուցիչներով: Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ:

					Ազոտի գեներատորը համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝ առնվազն 200 L ծավալով բաքով, 4 հատ 1500 Վտ անյուղ մեմբրանային պոմպերով (ընդհանուր 6 կվտ): 2) Օդը չորացնող ավտոնոմ սարքից՝ Նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի հզորությամբ կոմպրեսորի արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման տակ գտնվող գերտաք օդը սառեցնելու, կոնդենսատը կուտակելու և ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու համար: Այն բաղկացած է առնվազն 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը առնվազն 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր գազային ջրածնի ստացման: Տեխնիկական պարամետրերն են.
--	--	--	--	--	--

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧДД-ИЗР-26/49			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Գեներացված գազի մաքրություն $\geq 99,99\%$: Գեներացված գազի արտադրողականություն. ≥ 1000 մլ / րոպե: Գեներացված գազի ելքային ճնշում. ≥ 6 մթն.: Սարքի սնուցման պարամետրեր. 220 վոլտ/50Հց, 350 վտ: Սարքի արտաքին չափսեր 60*30*45 սմ: Սարքը կառավարվում է ճնշադավառման թվային համակարգով, հազեցած է մի շարք անվտանգային համակարգերով,
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	հնչալուսնի մոլորային/ելքային տեխնիկական հատկությունները:
1					Աշխատանքային ռեժիմում սարքի աղմուկը 50 դբ: Գազերի խառնման կայանք: Թողունակությունը առնվազն 25 լ/ր, մուտքային ճնշում՝ 60 մթն, ելքային ճնշում՝ 25 մթն, խողովակաշար՝ 8 մմ, ճշգրտությունը առնվազն՝ 2,5%: Համակարգը պետք է ներառի հավելյալ պահեստամասեր՝ առնվազն 2 զույգ բուրբիլային ձեռնոց, առնվազն 2 զույգ ձեռնոցի օղակներ, վակումային յուղ առնվազն 8 լ, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ առնվազն 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյա խողովակներ՝ առնվազն 50-ական մետր,

					միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից: Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	--