

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/19-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ նախատեսված մանկաբարձ-գինեկոլոգիական և բազմապրոֆիլ ախտորոշման համար: Համակարգը պետք է ապահովի առաջադեմ պատկերավորում հետևյալ ոլորտներում՝ որովայնի հետազոտություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, պտղի սրտի, մկանա-ոսկրային համակարգի, անոթաբանական, մակերեսային տեղակայված օրգաններ և կառուցվածքներ, օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն:

					Ընդունման (Փոխանցման/Հաղորդման) թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 650.000 Մոխրագույնի աստիճանների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 256 մակարդակ, Տվիչների Էլեմենտների առավելագույն քանակ՝ ոչ պակաս, քան 256, Սկանավորման տեսակը՝ առնվազն լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության, Էխո- ազդանշանների մշակում՝ առնվազն գուգահեռ և քառալիքանի, Մոնիտորներ. Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 23" Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080 Ղեկավարման վահանակի կարգաբերում. Պտույտ և հորիզոնական հարթության մեջ թեքում Ղեկավարման վահանակի բարձրության կարգաբերում Հրահանգների կատարման հպումային Էկրան՝ ոչ պակաս քան 13,3" Հպումային Էկրանի առաջ թեքման անկյունը, ոչ պակաս, քան՝ 0-15 աստիճան Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080 Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան 5 Համակարգի ֆիզիկական չափսերը. Լայնքը, ոչ
--	--	--	--	--	---

					ավել, քան՝ 55սմ հորրությունը, ոչ ավել, քան՝ 75սմ Վերտիկալ շարժումը, առնվազն 110-174սմ տիրույթում Քաշը, ոչ ավել, քան՝ 90կգ Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիայի առկայություն, Առնվազն հետևյալ տվիչների առկայություն. 1. Կոնվեքս մոնոկրիստալ կամ մատրիցային տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 160: 2. Գծային մոնոկրիստալային կամ մատրիցային տվիչ. - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.0-17.0 ՄՀց, - շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 50մմ, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 256: 3. Ծավալային ներխոռոչային տվիչ - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 2.0-13.0 ՄՀց, - Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 180: 4. Ծավալային կոնվեքսային տվիչ - հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.0–7.0 ՄՀց - ռադիուս՝ ոչ պակաս, քան 40 մմ - դիտման անկյուն՝ ոչ պակաս, քան 68° -
--	--	--	--	--	---

					Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 128 - ակուստիկ պատուհան՝ ոչ պակաս, քան 150 մմ × 86 մմ Առնվազն հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գունավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Ծավալային պատկերավորում Սրտաբանական հատուկ ֆունկցիաների առկայություն B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 2000 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ ոչ պակաս, քան 40 սմ, - Խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 15 - Դինամիկ դիապագոնի միջակայքի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU-19-0014-ЕДЗУ-12P-2026/19-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ապահովում՝ առնվազն 280 դր: Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր - Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 260 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-8 ԿՀց:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Մագնիսային հոսքի բարելավման դոպլեր ռեժիմի առկայություն - Технические характеристики Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ
1					պակաս, քան 250 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-8 ԿՀց: CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն, - Ավտոմատ անկյան կարգավորում՝ առնվազն 0°, 60°, -60°, - Ավտոմատ կարգավորման առկայություն - Անընդհատ ալիքային դոպլերի PRF հաճախականության միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 1-48ԿՀց, - Անընդհատ ալիքային դոպլերի

					արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,1-40մ/վ - իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և ծավալի կարգավորման միջակայքի ապահովում՝ առնվազն 0.5 - 24մմ, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն՝ առնվազն 1-25ԿՀց, HPRF, - իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար արագությունների գրանցման սանդղակ՝ առնվազն 0,5-27մ/վ: Ծավալային պատկերավորում - Ստատիկ 3D/4D արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 36 կադր/վ, - Շերտերի առավելագույն քանակը, առնվազն 29 - Հղիության տարիք՝ 6 շաբաթից մինչև 40 շաբաթ, - Պտմման տարբերակներ՝ 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, - Կտրումը՝ առնվազն 10°-120° - Սկանավորման խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 250 մմ, Խելացի անատոմիական ուղեցույցային համակարգ. Համակարգում պետք է առկա լինի ինտեգրված ինտելեկտուալ ուղեցույցային տեխնոլոգիա, որը կապահովի՝ տվիչի դիրքավորման ուղեցույց, անատոմիական սխեմաների ցուցադրում, ստանդարտ
--	--	--	--	--	---

					ուլտրաձայնային պատկերների ցուցադրում, հետազոտման ստանդարտ հարթությունների, ինտերակտիվ աջակցություն, ոչ պակաս, քան 80 ստանդարտ սկանավորման հարթությունների աջակցություն: Ավտոմատացված հետազոտական աշխատանքային հոսքերի համակարգ. Համակարգը պետք է ապահովի ավտոմատացված աշխատանքային հոսքերի կառավարում անոթաբանական և մանկաբարձական հետազոտությունների համար ապահովելով ստանդարտ հարթությունների տեղեկատու պատկերների ցուցադրում, հետազոտման փուլային կառավարման աջակցություն, մանկաբարձական հետազոտությունների ավտոմատացված ուղեցույց՝ վաղ հղիություն, NT, բոլոր երեք եռամսյակների սկրինինգային ծրագրեր: Անոթաբանական հետազոտությունների ուղեցույցային աջակցություն՝ քնային զարկերակներ, ստորին
--	--	--	--	--	--

					վերջույթների զարկերակներ, ստորին վերջույթների երակներ, ռեֆլյուքսի գնահատում, ստանդարտ պատկերների տեղեկատու ցուցադրում իրական ժամանակում, հետազոտման ընթացքի ընթացքում չկատարված հատվածների ցուցադրում: Մանկաբարձ-գինեկոլոգիական հատուկ ավտոմատացված չափումների և ծրագրային փաթեթների առկայություն - Եռաչափ և քառաչափ ուլտրաձայնային պատկերում - Պատկերի ավտոմատ պտտում - Պատկերման ռեժիմներ - Շավալի չափում - Շավալային կոնտրաստային պատկերում - Սկանավորման օժանդակման համակարգ - Սարքերի միջև տվյալների փոխանակման համակարգ - Չափման և հաշվետվությունների համակարգ - Պտղի ավտոմատ վերլուծության և չափումների համակարգ - Գինեկոլոգիական ավտոմատ չափումների համակարգ - Կոնքային հատակի ավտոմատ գնահատման համակարգ - Վահանաձև գեղծի
--	--	--	--	--	---

					ավտոմատ վերլուծության համակարգ - Auto NT կամ համարժեք - Ավտոմատ ֆոլիկուլների չափումների առկայություն Կոմպրեսիոն Էլաստոգրաֆիա Պանորամային ռադիոլոգիային պատկերում Auto IMT կամ համարժեք Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Պատկերների մեծացում՝ սեզմենտար պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ և վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝ ազնվազն 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 2 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ ոչ պակաս, քան 320000 Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների արխիվացիայի ձայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով առնվազն 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի
--	--	--	--	--	---

				վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը ՝ 220Վ / 50Հց Նվազագույն համալրվածությունը՝ Առցանց անխափան սնուցման սարք՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան: Սև/Սպիտակ թերմալ 1 տպիչի առկայություն: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը՝ - Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) կամ FDA (Food and Drug Administration) և ISO 13485: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված : Երաշխիքը առնվազն՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--