

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
122	Trismed	Trismed	TRISMED CO., LTD.	<p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի համար բազմակի օգտագործման SpO2 չափման լար SpO2 տվիչով (SpO2- sensor), և պարտադիր համատեղելի Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի հետ: Թվային 5 - կոնտակտային տվիչ է, մատին ամրացվող, նախատեսված մեծահասակների համար, լարի երկարությունը ոչ պակաս, քան` 90սմ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-17-БПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
122				