

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու	"Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար Նախատեսված մարտկոցով աշխատող միսոցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշտպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի օդով աշխատող միսոցային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված

հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ:  
Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF  
տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69:  
Հատուկ մարման համակարգ՝  
վիբրացիան նվազեցնելու համար:  
Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը  
պետք է լինի լիովին լվացվող: Կտրող  
ակսեսուարների համակցման  
տեսակները պետք է լինեն  
միակողմանի և երկկողմանի: Առանց  
գործիքի արագ տեղադրման սայրի  
ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի  
սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ  
ավել քան 0,8մմ, ատամիկների  
հեռավորությունը ոչ ավել քան  
1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի  
աշխատանքը պետք է լինի  
առաջադեմ, անխափան  
կառավարման համակարգով,  
անվտանգ ռեժիմի ընտրության  
հնարավորությունով: Բռնակի  
նյութը՝ մետաղական, կոշտ,  
չժանգոտվող: Պետք է ունենա բարձր  
ջերմաստիճանի վերահսկման  
ֆունկցիա: Աշխատանքային  
արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ  
պակաս քան 0-14000 cpm  
տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ  
պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի

մակարդակը ոչ ավել քան 90 dB(A):  
Մարտկոցի լիցքավորվածություն  
ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի  
տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ  
պակաս քան 2000 mAh,  
լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան  
800 գ: Գործարանային  
կոմպլեկտավորումով:  
Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ  
վիրաբուժության համար  
նախատեսված օդով աշխատող,  
մխոցային, ուղահայաց կտրող սղոց  
իր` ստերնում պաշտպանիչով և  
ակսեսուարներով: Ստերնում  
պաշտպանիչ հատվածը պետք է  
համատեղելի լինի մարտկոցով  
աշխատող մխոցային սղոցի հետ:  
Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար  
տիրույթում: Օդային խողովակի  
երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ,  
լվացվող, միացման տեսակը MA7:  
Հատուկ մարման համակարգ`  
վիրբացիան նվազեցնելու համար:  
Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը  
պետք է լինի լիովին լվացվող: Սղոցը  
պետք է ունենա լվացման համար  
նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ,  
գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող  
ակսեսուարների համակցման

տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 90 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցների համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, CE և/կամ FDA,

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0014-ЕДЗД/19-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 2 պահեստային մարտկոց(եթե գործարանային կոմպլեկտավորման մեջ պահեստային մարտկոց առկա չէ), 20 հատ սղոցի պահեստային սայր: Արվարդ պետք է վարակառարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	որվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:" технические характеристики
1					