

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վիրահատական հորիզոնական սղոց	Վիրահատական հորիզոնական սղոց	Վիրահատական հորիզոնական սղոց	Վիրահատական հորիզոնական սղոց	"Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական օդով աշխատող, տատանվող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակսեսուարներով: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող, նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Սղոցը պետք է ունենա լվացման

համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Սայրի տատանումը ոչ պակաս քան 6 աստիճան, հաստությունը ոչ ավել քան 0,55մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ: Աշխատանքային արագության ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16500 rpm տիրույթում: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 850գ: Գործարանային կոմպլեկտավորումով: Սղոցի համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ: Սարքի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, CE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ: Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 5 հատ սղոցի պահեստային սայր: Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա

ընթացքում:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					