ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այ-Սոլուշն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
118	-	-	-	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Bionet BM3 Plus մոնիտորի համար ԷՍԳ լար, և պարտադիր համատեղելի Bionet BM3 Plus մոնիտորի հետ: Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Լիովին համատեղելի է Bionet BM3 Plus մոնիտորի հետ՝ առանց լրացուցիչ ադապտորների կամ փոխարկիչների: Պետք է ապահովի մոնիտորի կողմից ECG ազդանշանի անխափան գրանցում և lead-off հայտնաբերումը: Մոնիտորի միակցիչ՝ արտադրողի բնօրինակ կամ լիարժեք համարժեք կոնեկտոր՝ նախատեսված BM3 Plus մոդելի համար: Լարի ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 2.5 մետր: Լարը պետք է ունենա էլեկտրամագնիսական խանգարումների նվազեցման պաշտպանություն: Պատրաստված բժշկական դասի, լատեքս չպարունակող նյութերից:

				Լարը պետք է լինի հեշտ ախտահանվող և դիմացկուն բազմակի մշակման նկատմամբ: Անվտանգության և համապատասխանության պահանջները՝ համապատասխանում է IEC 60601-1 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: CE MARK կամ FDA կամ ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ай-Солюшн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
118				