

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այ-Սոլուշն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
123	-	-	-	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Trismed – Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի համար նախատեսված բազմակի օգտագործման ԷՍԳ մալուխ/լար, և պարտադիր համատեղելի Trismed – Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորի հետ: Պացիենտի հնգաճյուղ լար, երկարությունը ոչ պակաս, քան` 3մ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ай-Солюшн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-17-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
123				