

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/116 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	KERN	PFB600-3	KERN	<p>Բարձր ճշտության լաբորատոր կշեռք: Այն պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Առավելագույն կշման արժեք` 600 ± 5 գ, • Ընթերցելիություն` 0.001 գ, • Վերարտադրելիություն` 0.005 գ, • Գծայինություն` ± 0.005 գ, • Լուծաչափ 600.000, • Կայունացման ժամանակ` 6 ± 1 վրկ, • Միավորներ` կգ, գ, տ, հտ, պթ, թոլ և այլն, • Առավելագույն սողանք (15 րոպե)` 10 ± 1 մգ, • Առավելագույն սողանք (30 րոպե) 20 ± 1 մգ, • Լռելյայն միավոր` գ, • LCD Եկրանի, չափը` $129 \times 27 \pm 2$ սմ, • Չափեր` (ԼxԽxԲ)` $210 \times 315 \times 90 \pm 10$ մմ, • Կշռման մակերես` 120 ± 20 մմ, • Կորպուսի նյութը` պլաստիկ • Կշռման թիթեղ և պլատֆորմ` չժանգոտվող պողպատ • Մուտքային լարման սնուցման աղբյուր / Առավելագույն/ 220-240 Վ, 50 / 60 Հց • Եվրոպական BNC լար,

				<p>Արտաքին միջավայրի պայմաններ՝ 15 °C - 30 °C, • Խոնավություն առավելագույն՝ 80%, • Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C - 60°C, • Պետք է լինի համապատասխան սերտիֆիկացված և ջերմաստիճանային սանդղակներով տրամաչափարկված՝ CE, ISO. • Ընդհանուր քաշը՝ 2.4-2.8 կգ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Համակարգը պետք է ներառի 1 տարի երաշխիք սարքավորման տեղադրումից և աշխատանքային վիճակի բերելուց հետո: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2025թ. արտադրության և մատակարարվի ապրանքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին: Առկա պետք է լինի արտադրողի հավաստագիր</p>
--	--	--	--	--

				<p>Արտաքին միջավայրի պայմաններ՝ 15 °C - 30 °C, • Խոնավություն առավելագույն՝ 80%, • Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C - 60°C, • Պետք է լինի համապատասխան սերտիֆիկացված և ջերմաստիճանային սանդղակներով տրամաչափարկված՝ CE, ISO. • Ընդհանուր քաշը՝ 2.4-2.8 կգ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Համակարգը պետք է ներառի 1 տարի երաշխիք սարքավորման տեղադրումից և աշխատանքային վիճակի բերելուց հետո: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2025թ. արտադրության և մատակարարվի ապրանքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին: Առկա պետք է լինի արտադրողի հավաստագիր</p>
--	--	--	--	--