

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Տեկնիմեդ (Teknimed)	Տեկնիմեդ (Teknimed)	Ոսկրային ցեմենտ	Տեկնիմեդ (Teknimed)	"Ոսկրային ցեմենտ - Ռադիոպակ (BaSO ₄), պոլիմերիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով: Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում 40 գ փոշի, որի

					ժամանակային պարամետրերն (20-23°C պայմաններում) են - խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20-23°C պայմաններում) են - խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե: Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն
--	--	--	--	--	---

					նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը:Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի գլխիկ, 3. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտոդրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն,
--	--	--	--	--	---

					արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում:"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦХЦПQР 26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					