

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Keling	Keling KL 700/500 կամ Keling KL 700/700	KL 700/500 կամ KL 700/700	Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd.	Վիրաբուժական լամպ, երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով /700/թև /500/թև • Դաշտի տրամագիծ առնվազն 180-280 180-280 • D50 / D10 > 0.5 > 0.5 • Լուսավորման խորություն Ec 20%առնվազն (մմ) 1069 1340 • Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ) առնվազ 552 603 • CRI ինդեքսը (%) ≥96 ≥96 • Լուսավորության (յուլքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 Պայծառության մակարդակի մարում 10 քայլ 10 քայլ • Գույնի

				ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) առնվազն 3700-5000 3700-5000 • Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր 10 10 • Աշխատանքային լարումը՝առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց • LED քանակ 80 , 50 • Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 100ՎԱ • LED-ի կյանքի տևողություն (ժամեր) ≥60000 ≥60000 • լամպի գլխի հաստություն /մմ/ ոչ ավել $\leq 105 \leq 95$ • Ռադիացիոն Էներգիա $\leq 578 \text{ W/m}^2$ $\leq 509 \text{ W/m}^2$ • Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.7-3.1մ • Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող • ստերիլիզացվող բռնակ տրամադրել 1 հատ տրամադրել 1 հատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐՎԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					