ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	УВЧ-80-Мед ТеКо	УВЧ-80-Мед ТеКо	УВЧ-80-Мед ТеКо	Ուլտրաբարձր հաճախականությամբ ֆիզիոթերապևթիկ սարք Պարտադիր պահանջվող բնութագրերը Աշխատանքային հաճախականության թույլատրելի տիրույթը /ՄՀց/՝ 27,12 ± 0,165: Կարգավորումը՝ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով և սեղմակոճակներով: Ռեզոնանսի կարգավորումը պետք է կատարվի ավտոմատ: Պետք է ունենա լուսային ինդիկատոր բարձր հաճահականության գեներատորի միացման և ելքային շղթայի ռեզոնանսի աստիճանը ազդարարող: Ճառագայթման տևողության կարագավորման տիրույթը առնվազն /րոպե/՝ 1 ÷ 99) ± 5 %: Ելքային հզորությունը կարգավորվող, առնվազն 9 քայլ էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում և առնվազն 4 քայլ ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում: Ելքային հզորության կարգավորումը

					120մմ տրամագիծ ունեցող էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում՝ աստիճանավորված /Վտ./ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ± 20%: Ելքային հզորության կարգավորումը ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում՝ աստիճանավորված /Վտ./ (10; 15; 20; 30) ±20%: Սարքի չափսերը՝ 430x289x174մմ: Սարքի հետ պետք է տրվեն բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները/ այդ թվում՝ Էլեկտրոնային կառավարման միավոր- 1 հատ; էլեկտրոդներ առնվազն երեք չափսերի /մմ./՝ Ø36x30h) ± 5% - 2 հատ; Ø 80x30h ± 5% - 2հատ; Ø120x30h ± 5 % - 2հատ; Ռեզոնանսային ինդուկտոր՝ աշխատանքային մասի տրամագիծը /մմ./՝ 80 ± 5% , հիմքի մասում տրամագիծը /մմ./՝ 90 ± 5% -1 հատ; միացման մալուխի երկարությունը /մմ./՝ 885 ± 5% Ճկվող Էլեկտրոդաբռնիչ, երակրությունը /մմ./՝ 860 ± 10% -2հատ; Ուլտրաբարձր էլեկտրամագնիսական դաշտի առկայության ինդիկատոր (ԵxLxԲ) /մմ./՝ 165 x25 x 9 ± 5%, միացման մալուխ (ռեզոնանսային ինդուկտորի միացման համար 2 հատ, մալուխի ամրակիչ 6 հատ, ՈՒԲՀ գլխարկ 1 հատ Քաշը ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները /կգ./՝ ոչ ավել, քան 10 : Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն լեզվով: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից, /Վ/՝ 220±10%; 50Հց: Սնուցող ցանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան /Վտ/՝ 250: Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 120 օրացուցային օրվա

				ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				