

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՍ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | УВЧ-80-Мед ТеКо    | УВЧ-80-Мед ТеКо  | УВЧ-80-Мед ТеКо     | Ուլտրաբարձր հաճախականությամբ ֆիզիոթերապևթիկ սարք Պարտադիր պահանջվող բնութագրերը Աշխատանքային հաճախականության թույլատրելի տիրույթը /ՄՀց/՝ $27,12 \pm 0,165$ : Կարգավորումը՝ հեղուկբյուրեղային դիսփլեյով և սեղմակոճակներով: Ռեզոնանսի կարգավորումը պետք է կատարվի ավտոմատ: Պետք է ունենա լուսային ինդիկատոր բարձր հաճախականության գեներատորի միացման և էլքային շղթայի ռեզոնանսի աստիճանը ազդարարող: Ճառագայթման տևողության կարգավորման տիրույթը առնվազն /րոպե/՝ $1 \div 99) \pm 5 \%$ : Ելքային հզորությունը կարգավորվող, առնվազն 9 քայլ Էլեկտրոդների օգտագործման պարագայում և առնվազն 4 քայլ ռեզոնանսային ինդուկտորի օգտագործման պարագայում: Ելքային հզորության կարգավորումը |

120մմ տրամագիծ ունեցող էլեկտրոդների  
օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./  
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ± 20%: Ելքային  
հզորության կարգավորումը ռեզոնանսային ինդուկտորի  
օգտագործման պարագայում աստիճանավորված /Վտ./  
(10; 15; 20; 30) ±20%: Սարքի չափսերը՝ 430x289x174մմ:  
Սարքի հետ պետք է տրվեն բոլոր անհրաժեշտ  
միավորները և պարագաները/ այդ թվում՝ էլեկտրոնային  
կառավարման միավոր- 1 հատ; էլեկտրոդներ առնվազն  
երեք չափսերի /մմ./ Ø36x30h) ± 5% - 2 հատ; Ø 80x30h  
± 5% - 2 հատ; Ø120x30h ± 5% - 2 հատ; Ռեզոնանսային  
ինդուկտոր՝ աշխատանքային մասի տրամագիծը /մմ./  
80 ± 5% , հիմքի մասում տրամագիծը /մմ./ 90 ± 5% -1  
հատ; միացման մալուխի երկարությունը /մմ./ 885 ± 5%  
Ճկվող էլեկտրոդաբռնիչ, երակրությունը /մմ./ 860 ±  
10% -2 հատ; Ուլտրաբարձր էլեկտրամագնիսական  
դաշտի առկայության ինդիկատոր (ԵxLxԲ) /մմ./ 165 x25  
x 9 ± 5%, միացման մալուխ (ռեզոնանսային  
ինդուկտորի միացման համարը 2 հատ, մալուխի  
ամրակիչ 6 հատ, ՌԻԲՀ գլխարկ 1 հատ Քաշը ներառյալ  
բոլոր անհրաժեշտ միավորները և պարագաները /կգ./  
ոչ ավել, քան 10 : Օգտագործման ձեռնարկ՝ ռուսերեն  
լեզվով: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ ցանցից, /Վ/  
220±10%; 50Հց: Սնուցող ցանցից սպառող հզորությունը  
ոչ ավելի քան /Վտ./ 250: Գինը պետք է ներառի՝  
մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված  
վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և  
օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ  
մտնելու օրվանից մինչև 120 օրացուցային օրվա

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ընթացքում/։ Սպասարկման համար ինժեների<br/>այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման<br/>ձեռնարկների պահանջների։ Երաշխիքային ժամկետը<br/>առնվազն 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից<br/>շահագործման հանձնելու պահից։</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍԵՓԱԼ ՊԻՐՈՒՄՅԱԼ ՍԵՐՎԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՈԲՎ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/5-ԲՄ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |                            |                            |