

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	1.Վիրաբուժական լամպի բնութագիրը Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով 700մմ /թև 500 մմ/թև •Դաշտի տրամագիծ առնվազն մմ 180-280 180-280 •D50 / D10 > 0.5 > 0.5 •Լուսավորման խորություն Ec 20% (մմ)-առնվազն 1069 1340 •Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ)-առնվազն 552 603 •CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 •Լուսավորության (լյուքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 •Պայծառության մակարդակի

մարում Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) 4000-5000 4000-5000 •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9 •Աշխատանքային լարումը՝ առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց •LED քանակ >80 >50 Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 98ՎԱ •LED-ի կյանքի տևողություն (Ժամեր) ոչ պակաս ≥ 50000 ≥ 50000 •Լամպի գլխի հաստություն առնվազն ≤ 105 ≤ 95 •Ռադիացիոն էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² •Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.8-3.2m/մ •Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող ստերիլիզացվող բռնակ կ/չե տրամադրել 1 հատ 2.տեսախցիկ ներկառուցված տեսախցիկ-տեղակայված լինի առնվազն 700մմ լամպի կենտրոնում , քանակը 1 հատ - Պատկերի սենսոր՝ 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS -Mega Pixel: 2MP / Մեգապիքսել՝ առնվազն 2 ՄՊ -Resolution:
--

					1920×1080 / Լուծաչափ՝ առնվազն 1920×1080 -SDI վիդեո ելք - Օպտիկական՝ 10x, թվային՝ 12x 3. Բոլորը մեկ էկրանում և ձայնագրման տերմինալ մոնիտոր • առնվազն 22" / 22 դյույմ •Լուծաչափ առնվազն 1920×1080 •HD էկրան, ձայնագրություն և պահեստավորում •1 SF կոշտ սկավառակ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	վիրահատարանի լամպեր	1.Վիրաբուժական լամպի բնութագիրը Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով 700մմ /թև 500 մմ/թև •Դաշտի տրամագիծ առնվազն մմ 180-280 180-280 •D50 / D10 > 0.5 > 0.5 •Լուսավորման խորություն Ec 20% (մմ)-առնվազն 1069 1340 •Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ)-առնվազն 552 603 •CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 •Լուսավորության (լյուքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 •Պայծառության մակարդակի

					մարում Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) 4000-5000 4000-5000 •Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9 •Աշխատանքային լարումը՝ առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց •LED քանակ >80 >50 Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 98ՎԱ •LED-ի կյանքի տևողություն (Ժամեր) ոչ պակաս ≥ 50000 ≥ 50000 •Լամպի գլխի հաստություն առնվազն ≤ 105 ≤ 95 •Ռադիացիոն էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² •Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.8-3.2m/մ •Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող ստերիլիզացվող բռնակ կ/չե տրամադրել 1 հատ 2. տեսախցիկ ներկառուցված տեսախցիկ-տեղակայված լինի առնվազն 700մմ լամպի կենտրոնում , քանակը 1 հատ - Պատկերի սենսոր՝ 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS -Mega Pixel: 2MP / Մեգապիքսել՝ առնվազն 2 ՄՊ -Resolution:
--	--	--	--	--	---

					1920×1080 / Լուծաչափ՝ առնվազն 1920×1080 -SDI վիդեո ելք - Օպտիկական՝ 10x, թվային՝ 12x 3. Բոլորը մեկ էկրանում և ձայնագրման տերմինալ մոնիտոր • առնվազն 22" / 22 դյույմ •Լուծաչափ առնվազն 1920×1080 •HD էկրան, ձայնագրություն և պահեստավորում •1 SF կոշտ սկավառակ
--	--	--	--	--	--