

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Keling	Keling KLLED·STZ5/STZ5	KL-LED·STZ5/STZ5	Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd.	Վիրաբուժական լամպի բնութագիրը Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով 700մմ /թև 500 մմ/թև • Դաշտի տրամագիծ առնվազն մմ 160-280 180-280 • D50 / D10 > 0.5 > 0.5 • Լուսավորման խորություն Ec 20% (մմ)-առնվազն 1069 1340 • Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ)-առնվազն 552 603 • CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 • Լուսավորության (յուլքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 • Պայծառության մակարդակի մարում

Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ • Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) 4000-5000 4000-5000 • Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9 • Աշխատանքային լարումը՝ առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց • LED քանակ >80 >50 Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 98ՎԱ • LED-ի կյանքի տևողություն (Ժամեր) ոչ պակաս ≥ 50000 ≥ 50000 • Լամպի գլխի հաստություն առնվազն ≤ 105 ≤ 95 • Ռադիացիոն Էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² • Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.8-3.2m/մ • Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող ստերիլիզացվող բռնակ կ/չԷ տրամադրել 1 հատ 2. տեսախցիկ ներկառուցված տեսախցիկ-տեղակայված լինի առնվազն 700մմ լամպի կենտրոնում , քանակը 1 հատ - Պատկերի սենսոր՝ 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS -Mega Pixel: 2MP / Մեգապիքսել՝ առնվազն 2 ՄՊ -Resolution: 1920×1080 / Լուծաչափ՝

					առնվազն 1920×1080 -SDI վիդեո ելք - Օպտիկական՝ 10x, թվային՝ 12x 3. Բոլորը մեկ էկրանում և ձայնագրման տերմինալ մոնիտոր • առնվազն 22" / 22 դյույմ • Լուծաչափ առնվազն 1920×1080 • HD էկրան, ձայնագրություն և պահեստավորում • 1 SF կոշտ սկավառակ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՄ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Keling	Keling KLLED·STZ5/STZ5	KL-LED·STZ5/STZ5	Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd.	Վիրաբուժական լամպի բնութագիրը Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առնվազն 500մմ տրամագծով 700մմ /թև 500 մմ/թև • Դաշտի տրամագիծ առնվազն մմ 160-280 180-280 • D50 / D10 > 0.5 > 0.5 • Լուսավորման խորություն Ec 20% (մմ)-առնվազն 1069 1340 • Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ)-առնվազն 552 603 • CRI ինդեքսը (%) ≥95 ≥95 • Լուսավորության (յուլքս) կարգավորում առնվազն 40000-160000 40000-120000 • Պայծառության մակարդակի մարում

Ոչ պակաս քան 9 քայլ Ոչ պակաս քան 9 քայլ • Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) 4000-5000 4000-5000 • Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր Ոչ պակաս 9 Ոչ պակաս 9 • Աշխատանքային լարումը՝ առնվազն AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց • LED քանակ >80 >50 Լամպի հզորություն Առնվազն 100ՎԱ Առնվազն 98ՎԱ • LED-ի կյանքի տևողություն (Ժամեր) ոչ պակաս ≥ 50000 ≥ 50000 • Լամպի գլխի հաստություն առնվազն ≤ 105 ≤ 95 • Ռադիացիոն Էներգիա ≤ 578 W/m² ≤ 509 W/m² • Տեղադրման բարձրություն առնվազն 2.8-3.2m/մ • Տեղադրման մեթոդ Առաստաղին ամրացվող ստերիլիզացվող բռնակ կ/չէ տրամադրել 1 հատ 2. տեսախցիկ ներկառուցված տեսախցիկ-տեղակայված լինի առնվազն 700մմ լամպի կենտրոնում , քանակը 1 հատ - Պատկերի սենսոր՝ 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS -Mega Pixel: 2MP / Մեգապիքսել՝ առնվազն 2 ՄՊ -Resolution: 1920×1080 / Լուծաչափ՝

					առնվազն 1920×1080 -SDI վիդեո ելք - Օպտիկական՝ 10x, թվային՝ 12x 3. Բոլորը մեկ էկրանում և ձայնագրման տերմինալ մոնիտոր • առնվազն 22" / 22 դյույմ • Լուծաչափ առնվազն 1920×1080 • HD էկրան, ձայնագրություն և պահեստավորում • 1 SF կոշտ սկավառակ
--	--	--	--	--	---