

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
103	Timesco	Timesco ORION	Timesco Healthcare Ltd	<p>Լարինգոսկոպի հավաքածու, բազմակի օգտագործման, նախատեսված նորածինների, երեխաների շնչուղիների դիտարկման և ինտուբացիայի համար: Հավաքածուն պետք է ներառի 1 (մեկ) մարտկոցային բռնակ (միջին չափսի) և 3 տարբեր չափսերի շեղբեր: Շեղբերի տեսականին պարտադիր պետք է ներառի՝ Միլլեր (Miller - ուղիղ, նորածնային) տիպի N 00, N 0, N 1 չափսերը: Լուսավորության համակարգը՝ պարտադիր օպտիկամանրաթելային (Fiber Optic / F.O.) : Նյութը՝ բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատ (Surgical stainless steel): Բոլոր շեղբերը և բռնակը պետք է ենթակա լինեն բարձր ջերմաստիճանային մանրեագերծման (ավտոկլավավորում մինչև 134°C): Հավաքածուն պետք է մատակարարվի հարվածադիմացկուն պաշտպանիչ պլաստիկե կամ</p>

				մետաղական պատյանով (Hard case): Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
103	Timesco	Timesco ORION	Timesco Healthcare Ltd	Լարինգոսկոպի հավաքածու, բազմակի օգտագործման, նախատեսված նորածինների, երեխաների շնչուղիների դիտարկման և ինտուբացիայի համար: Հավաքածուն պետք է ներառի 1 (մեկ) մարտկոցային բռնակ (միջին չափսի) և 3 տարբեր չափսերի շեղբեր: Շեղբերի տեսականին պարտադիր պետք է ներառի՝ Միլլեր (Miller - ուղիղ, նորածնային) տիպի N 00, N 0, N 1 չափսերը: Լուսավորության համակարգը՝ պարտադիր օպտիկամանրաթելային (Fiber Optic / F.O.) : Նյութը՝ բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատ (Surgical stainless steel): Բոլոր շեղբերը և բռնակը պետք է ենթակա լինեն բարձր ջերմաստիճանային մանրեագերծման (ավտոկլավավորում մինչև 134°C): Հավաքածուն պետք է մատակարարվի հարվածադիմացկուն պաշտպանիչ պլաստիկե կամ

				մետաղական պատյանով (Hard case): Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս:
--	--	--	--	--