

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
155	Պացիենտ մոնիտոր	Պացիենտ մոնիտոր	Պացիենտ մոնիտոր	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 15" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային կամ կիկել ջրածնային մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն առնվազն՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո առնվազն 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի

լիցքի նվազման ազդանշանից հետո առնվազն 5 րոպե անխափան աշխատանքի հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն առնվազն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն առնվազն 400 ցուցանիշ: Պուլսօքսիմետրիայի մալուխ-կաբել համատեղելի մանկական և նորածնային միանվագ օգտագործման տվիչներին, ինչպես նաև մեծահասկաների բազմակի օգտագործման մատնային տվիչ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն առնվազն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ $-2.0 \text{ mV} \sim +2.0 \text{ mV}$, ճշտություն՝ 0.02 mV : Պուլսի հաճախության միջակայքը առնվազն՝ $20 \sim 300 \text{ bpm}$, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm , ճշտություն՝ $\pm 3 \text{ bpm}$: ECG արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250$, $\times 500$, $\times 1000$, $\times 2000$: Չգայունություն առնվազն $200 \mu\text{V}$ (գազաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը $>5 \text{ M}\Omega$: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն $15\text{--}380 \text{ bpm}$: Ճշտություն $\pm 1\%$: Կարգաբերման ազդանշան՝ $1 \text{ mV} \pm 5\%$: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն $0.3 \sim 3 \Omega$: Հիմնային իմպեդանս առնվազն $200 \sim 4000$: Թողունակություն առնվազն $0.1 \sim 2.5 \text{ Hz}$: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ $0 \sim 120 \text{ շ/ր}$,

մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր:
 Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10-40
 վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝
 օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն մանուալ, ավտոմատ և
 STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման
 ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ
 ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝
 մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235
 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN
 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100,
 MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg:
 Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման
 պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg,
 մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150
 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%:
 Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝
 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի
 ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C
 ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$
 (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ
 պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ ,
 EUC մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ առնվազն 40 հատ,
 SpO₂ սենսոր, նորածնային՝ առնվազն 3-20 կգ-ի համար,
 ոչ ադիեզիվ, մատնային, միանվագ օգտագործման 10
 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել
 ջրածնային մարտկոց ա հատ, հոսանքի լար 1 հատ,
 օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ
 առնվազն, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի
 պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO₂/NIBP մոդուլներ՝ BF

				տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-19-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
155				