ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
156	Yonker	E15	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd.	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նորածնային հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի 15" գունավոր TFT էկրան, առնվազն 1024x768 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման հնարավորություն՝ ըստ ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝ 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz: DC՝ ներկառուցված լիցքավորվող լիթիումային: Մարտկոցի հզորություն ՝ 11.1V, 5200mAh: Լիարժեք լիցքավորումից հետո 4 աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի լիցքի նվազման ազդանշանից հետո 5 րոպե անխափան աշխատանքի

				հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի աղյուսակի պահպանման հնարավորություն 7x24 ժամ: Արյան ճնշման (NIBP) հիշողություն 400 ցուցանիշ: Պուլսօքսիմետրիայի մալուխ-կաբել համատեղելի մանկական և նորածնային միանվագ օգտագործման տվիչներին, ինչպես նաև մեծահասկաների բազմակի օգտագործման մատնային տվիչ: Ալիքների վերանայման հնարավորություն 100 րոպե: Ազդանշանների վերանայում առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0 mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պուլսի հաճախության միջակայքը ՝ 20 ~ 300 bpm, լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 bpm, ճշտություն՝ ±3 bpm: ԷՍԳ արտածումներն առվնազն 5 հատ (RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ ×250, ×500, ×1000, ×2000: Զգայունություն առնվազն 200 μV (գագաթային արժեք): Դիմադրություն առավելագույնը >5 MΩ: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15–380 bpm: Ճշտություն ±1%: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1mV ±5%: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան: Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω: Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000: Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ±2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10–40

				վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ±3 mmHg: Առավելագույն սխալ՝ ±5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO_2 չափման միջակայք՝ 0 ~ 100%: Լուծաչափություն առավելագույնը 1%: Ճշտություն՝ 70%-100%, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ալիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ ±0.1°C (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ կարդիոմոնիտորի համար արյան ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Մոդուլի չափման տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure transducer-ների աջակցում: Թարմացման հաճախականություն՝ իրական ժամանակում, շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP) ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Զգուշացման (alarm) կարգավորելի սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և

				կալիբրացիայի հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամաբ: NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ԷՍԳ մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ 40 հատ, SpO_2 սենսոր, նորածնային՝ առնվազն 3-20կգ-ի համար, ոչ ադհեզիվ, մատնային, միանվագ օգտագործման 10 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ, CE, ISO13485, SFDA Դաս IIb, Էլեկտրաշոկի պաշտպանություն՝ Class I, TEMP/SpO_2/NIBP մոդուլներ՝ BF տիպի պաշտպանություն, ECG/RESP մոդուլներ՝ CF տիպի պաշտպանություն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
156				