# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Անի Հարությունյան Կարլենի ԱՁ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Տոտալ ցեմենտային էնդոպրոթեզ | Meril | Meril | Meril Healthcare Private Limited | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ HNSS, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալածև, անկյունը՝ 125°, վզիկի երկարությունը՝ 36,1մմ-ից մինչև 40,6մմ, ունի առնվազն 5 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCr, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 28մմ-ից մինչև 40մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի առնվազն 18 չափ՝ 1. 22մմ/0մմ, 22մմ/3,5մմ,-արտաքին տրամագիծը 22մմ, 2. 28մմ/-3,5մմ, 28մմ/00մմ, 28մմ/+3,5մմ, 28/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 28մմ, 3. 32մմ/-4մմ, 32մմ/00մմ, 32մմ/+4մմ, 32մմ/+7մմ արտաքին տրամագիծը 32մմ: 4. 36մմ/-4մմ, 36մմ/00մմ, 36մմ/+4մմ, 36մմ/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 36մմ, 5. 40մմ/-4մմ, 40մմ/00մմ, 40մմ/+4մմ, 40մմ/+7մմ-արտաքին տրամագիծը 40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն՝ HXLPE, 10 աստիճանի հակատեղակայումով: Ունի առնվազն 16 չափ,որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի(մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)՝ 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Անի Հարությունյան Կարլենի ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Տոտալ ցեմենտային էնդոպրոթեզ | Meril | Meril | Meril Healthcare Private Limited | նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայությունը: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը ցեմենտային ֆիքսացիայի արտադրողի կողմից ներկայացվող կոմպոնենտ է, պատրաստված ավտոբիոգացիոն նյութը՝ HNSS, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 125°, զգիպի երկարությունը՝ 36,1մմ-ից մինչև 40,6մմ, ունի առնվազն 5 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ծայրի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է միացումից, ամրանում են գավաթի ցեմենտային ֆիքսացիայի համապատասխանության հավաստագիր: Քսցսիսպիսպսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի նրանցից

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | լինեն մ[illegible]կողմից<br>արտադրվող[illegible]<br>միջոցով[illegible]<br>համարժեք[illegible]հետ:<br>կամ[illegible]16<br>չափսի[illegible]<br>մրցակցային[illegible]<br>գալու[illegible]<br>քան[illegible]<br>պատճառով[illegible]<br>հիմնական[illegible]<br>լրացնելու[illegible]<br>համար[illegible]<br>առնվազն[illegible]FDA<br>հարմարվողականության[illegible]<br>անհրաժեշտություն:[illegible]<br>արտադրանքի[illegible]<br>ապահովելու[illegible]<br>են[illegible]<br>պահանջվող[illegible]<br>առնվազն[illegible]FDA<br>որպեսզի[illegible]<br>առկայության[illegible]<br>հավելվածի[illegible]<br>արտադրանքի[illegible]<br>ծանոթագրի[illegible]<br>են[illegible]; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | արտադրողի 12 ամսվա երաշխիքային ժամկետով, ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն՝ HXLPE, 10 աստիճանի հակատեղակայումով: Ունի առնվազն 16 չափ,որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի(մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)՝ 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային - պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովվում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի առնվազն 16 չափ՝ 40մմ-70մմ արտաքին տրամագծով, 3 քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակով: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի առնվազն 8 չափ՝ 6,5x15մմ, 6.5x20մմ, 6.5x25մմ, 6.5x30մմ, 6.5x35մմ, 6.5x40մմ, 6.5x45մմ, 6.5x50մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: |