

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sonoscape E2pro	E2pro	Sonoscape Medical Corp.	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմուլիկ նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Ընդհանուր սոնոգրաֆիա, որովայնային, կմախքամկանային և հոդային հետազոտություններ, վահանագեղձ, փոքր մասնիկների և անոթների դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային՝ 15,6 դույմ: Էկրանի թեքման անկյունը՝ 0-45 աստիճան,

թողունակությունը՝ 1024x768: Ներկառուցված մարտկոց  
1,5 ժամ առանց հոսանք աշխատանքի համար:  
Համակարգի քաշը՝ 6,5 կգ, ներառյալ մարտկոցները:  
Սկանավորման մեթոդներ՝ Էլեկտրոնային կոնվեքս  
, Էլեկտրոնային ներխոռոչային միկրոկոնվեքս:  
Պատկերման ռեժիմներ՝ 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի  
ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս ալիքային  
ռեժիմ PW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և  
գտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկ դոպլեր և  
ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում  
(PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալ պատկերավորում (TSI),  
տրապեցանման պատկերավորում: Ցուցադրման  
ռեժիմների համակցում՝ 256 մոխրագույնի մակարդակ,  
2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B  
+ CDI + PW, B + PDI + PW: Հատուկ  
հնարավորություններ՝ Հարմոնիկ պատկերավորում -  
բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն:  
Ցուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր  
ռեժիմի համար երեք ընտրովի հաճախականություններ  
Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման  
ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման  
հնարավորություն Անատոմիական կառուցվածքների  
հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման  
առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր  
գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների,  
կմախքա-մկանային և վահանագեղձի պատկերավորման  
ռեժիմներում կիրառման համար Տվիչի միաժամանակ  
միացման համար ակտիվ կոնեկտոր անմիջապես Ուձ  
համակարգի վրա՝ 2: Պատկերի ձևաչափը.

Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում: Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝ կարգավորվող էտրոլությունը՝ 40 սմ: Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ: Դինամիկ տիրույթը՝ 280 դբ : Հյուսվածքային պատկերավորման օպտիմիզացիայի 4 տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) : Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն: Գունավոր դոպլեր ռեժիմում PRF հաճախականություն՝ 0,5-10ԿՀց: Իմպուլս-ալիքային և ուղղորդված իմպուլս-ալիքային ռեժիմներ: Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում արագության միջակայք՝ 0-12,3 մ/վ: PRF հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց: Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար՝ 0,5-24 մմ: Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակայք՝ 0-42,7 մ / վ: Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմում PRF հաճախականություն՝ 1-50ԿՀց: Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում: Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում: Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց: Տվիչների լրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը՝ 1-ից 7 ՄՀց: Բացվածքը՝ 50 մմ: Էլեկտրոնային ներխոռոչային միկրոկոնվեքս տվիչ. Հաճախականությունը՝ 3.0-ից 15 ՄՀց : Բացվածքը՝ 11 մմ: Դիտարկման անկյունը՝ 135 աստիճան:

			<p>Բազմանգամյա օգտագործման բիոպսիոն ադապտեր ներխոռոչային տվիչի համար: Երաշխիք ` 24 ամիս: Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները ` սարքավորման ամբողջական գործարկման համար: Տակդիր. Բարձրությունը 780մմ, լայնությունը 455մմ, խորությունը 610մմ: Տակդիրի բարձրացման երեք մակարդակ 0-100մմ բարձրացման հնարավորությամբ: Առջևի հատվածում բռնակ, փաստաթղթերի զամբյուղ, մալուխների կախիչ: Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց (վկայականների պատճեն): • Համապատասխանություն ISO 13485 • Համապատասխանություն MDR (EU 2017/745 directive)</p>
--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦХЦПЗР-26/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				