

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Wuhan (CHINA)	Wuhan (CHINA)	Water distiller	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ջրի թորման սարք՝ նախատեսված մաքուր թորած ջուր ստանալու համար: բուժհաստատությունների սարքավորումների, ստերիլիզացման, ատամնաբուժական կլինիկաների, կոսմետոլոգիական կլինիկաների, ռենտգենյան կաբինետների, ատամնաբուժական լաբորատորիաների, գոլորշու ռեակտիվ սարքերի համար և այլն: Գործողության սկզբունքը. ջրի գոլորշիների խտացումն առաջանում է օդափոխիչի միջոցով, խողովակաշարի սառեցման

պատճառով: Կոնդենսատորը
շարժական է և միացված է
գոլորշիացման բաքին՝
օգտագործելով մալուխ: Գոլորշու
հետ շփվող կոնդենսատորի ներքին
հատվածը պատրաստված է
չժանգոտվող պողպատից, որը
երկարացնում է սարքի
ծառայության ժամկետը:
Գերտաքացումից պաշտպանության
ավտոմատ համակարգ
Արտադրողականություն ~ 1 լ/ժ.
Ելքի ջրի հաղորդունակությունը «5
μS/cm: Տեխնիկական պայմաններ
Տարողությունը՝ 1լ/ժ Ջրի ծախսը՝
4-5լ Հզորությունը՝ 800 Վտ Լարումը՝
220/110 Վ Ջերմաստիճանի
դիմադրություն՝ 300 °C: Սարքը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
բաղադրամասերը/Կոմպլեկտացիա/
ջուր ընդունող անոթ : Ջրի տարայի
կափարիչ: Ածխածնի ֆիլտր :
Լվացող միջոց : Հիմնական հոսանքի
մալուխ : Գործառնական
հրահանգներ՝ անգլերեն լեզուներով :
Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ДԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Wuhan (CHINA)	Wuhan (CHINA)	Water distiller	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Ջրի թորման սարք՝ նախատեսված մաքուր թորած ջուր ստանալու համար: բուժհաստատությունների սարքավորումների, ստերիլիզացման, ատամնաբուժական կլինիկաների, կոսմետոլոգիական կլինիկաների, ռենտգենյան կաբինետների, ատամնաբուժական լաբորատորիաների, գոլորշու ռեակտիվ սարքերի համար և այլն: Գործողության սկզբունքը. ջրի գոլորշիների խտացումն առաջանում է օդափոխիչի միջոցով, խողովակաշարի սառեցման

պատճառով: Կոնդենսատորը
շարժական է և միացված է
գոլորշիացման բաքին՝
օգտագործելով մալուխ: Գոլորշու
հետ շփվող կոնդենսատորի ներքին
հատվածը պատրաստված է
չժանգոտվող պողպատից, որը
երկարացնում է սարքի
ծառայության ժամկետը:
Գերտաքացումից պաշտպանության
ավտոմատ համակարգ
Արտադրողականություն ~ 1 լ/ժ.
Ելքի ջրի հաղորդունակությունը «5
մՏ/սմ: Տեխնիկական պայմաններ
Տարողությունը՝ 1լ/ժ Ջրի ծախսը՝
4-5լ Հզորությունը՝ 800 Վտ Լարումը՝
220/110 Վ Ջերմաստիճանի
դիմադրություն՝ 300 °C: Սարքը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
բաղադրամասերը/Կոմպլեկտացիա/
ջուր ընդունող անոթ : Ջրի տարայի
կափարիչ: Ածխածնի ֆիլտր :
Լվացող միջոց : Հիմնական հոսանքի
մալուխ : Գործառնական
հրահանգներ՝ անգլերեն լեզուներով :
Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: