

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ	Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ՝ Գծային պերիստալտիկ պոմպ՝ ստանդարտ 3.6- 4.2 մմ տրամագծով պոլիվինիլքլորիդ խողովակների հետ համատեղ աշխատելու համար Այն հավասարապես օգտագործվում էր ինֆուզիոն հալաքաձուների հետ, որոնք ունեն 20 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ կամ միկրո կաթիլ՝ ոչ պակաս, քան 60 կաթիլ / մլ կաթիլային խցիկ՝ առանց հոսքի արագության ճշգրտումների անհրաժեշտության Մարտկոցի առկայություն, մարտկոցի աշխատանքային ժամանակը ոչ

					պակաս քան 4 ժամ 125 մլ / ժամ արագության դեպքում LCD էկրան ծրագրավորման համար, տվյալների մուտքի համար ծրագրավորման թվային ստեղծագործություն, բուժքրոջ գանգի ելքային ազդանշան, ժամանակի և ամսաթվի պարամետրեր, արագության կամ դոզայի արագ տիտրում՝ ըստ ծավալի և ժամանակի ծրագրավորման Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0.1-ից 999 մլ/ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ՝ ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ծավալը 1,0- 9999.9 մլ, շեղումը ոչ ավելի քան 1% ժամանակի լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Օկյուլզիային ճնշում. Ծրագրավորելի է ոչ պակաս քան 150-ից 990 մմ ս.ս. տիրույթում Էլեկտրոստիմուլացում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում
--	--	--	--	--	---

				ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 ЕЦДЦПР-2026/50
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					