

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA կամ ULPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և

հետազոտական ծրագրերին, որոնք  
չեն պարունակում ռադիոակտիվ  
սյուրթեր և թունավոր ադոտոող  
սյուրթեր: HEPA կամ ULPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA կամ ULPA  
ֆիլտրերի արդյունավետություն.  
Արդյունավետությունը ոչ պակաս  
քան 99,995% ոչ ավելի քան 0,3  
միկրոնի դեպքում Չտիչների  
ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն  
Ներհոսքի արագություն` NFS-  
ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Վարընթաց  
հոսքի արագությունը` NFS-  
ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Լյումինեսցենտ  
լամպ` առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
առկայություն Լուսավորություն` ոչ  
պակաս քան 800 լյուքս  
Աշխատանքային մակերեսի  
բարձրությունը` 750 ± 50 մմ  
Աշխատանքային բացումը` ոչ ավել  
քան 200 մմ Ներքին չափսերը  
(ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան)  
Երկարությունը` 900-1100 մմ  
միջակայքում Խորությունը` 500-650

մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 650-700 մմ միջակայքում Ընդհանուր չափսերը (ԵxԽxԲ). (ոչ ավելի քան) Երկարությունը՝ 900-1100 մմ միջակայքում Խորությունը՝ 700-800 մմ միջակայքում Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2200-2400 մմ միջակայքում Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը՝ հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. NFS-ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000 կամ համարժեք 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/49  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					