

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բինոկուլյար գլխիկը` 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը` ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ` ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար` լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ

ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ  
Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան  $NA = 1,25$  Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով  
Էտապ՝ երկշերտանի  
մեխանիկական սեղանիկ, X / Y՝ ոչ  
պակաս քան 139մմ×139մմ,  
շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան  
75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ  
պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W  
կամ համարժեք աղբյուր  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Ներառված է փոշու ծածկը,  
կապույտ և կանաչ ֆիլտրը,  
իմերսիոն յուղը և հրահանգների  
ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W  
կամ 6V 20W հալոգեն կամ  
համարժեք լամպ Տեղադրում և  
մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում  
տեղում Օգտագործման ձեռնարկ  
հայերեն կամ անգլերեն կամ  
ռուսերեն Սարքավորումը պետք է  
լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը  
պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ

					(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ

ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ  
Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան  $NA = 1,25$  Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով  
Էտապ՝ երկշերտանի  
մեխանիկական սեղանիկ, X / Y՝ ոչ  
պակաս քան 139մմ×139մմ,  
շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան  
75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ  
պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W  
կամ համարժեք աղբյուր  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60  
Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Ներառված է փոշու ծածկը,  
կապույտ և կանաչ ֆիլտրը,  
իմերսիոն յուղը և հրահանգների  
ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W  
կամ 6V 20W հալոգեն կամ  
համարժեք լամպ Տեղադրում և  
մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում  
տեղում Օգտագործման ձեռնարկ  
հայերեն կամ անգլերեն կամ  
ռուսերեն Սարքավորումը պետք է  
լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը  
պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ

					(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---