

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 30 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ճրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ջերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

ջերմաստիճանից պաշտպանության
առկայություն Պատյանը
չժանգոտվող պողպատից կամ
փոշեներկված մետաղից Լիովին
մեկուսացված չժանգոտվող
պողպատից դուռ փականով Ներքին
ապակե դուռ Չժանգոտվող
պողպատից ինտերիեր չեշտ
մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված
չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս
քան 1 չժանգոտվող պողպատից
ցանց(եր) Ջերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը ոչ
պակաս քան $+20 - + 80^{\circ} C$
միջակայքում Էլեկտրոսնուցում՝
220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ
(առկայություն) 1. ISO13485 կամ

					<p>համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ	Թերմոստատ ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 30 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ճրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ջերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

ջերմաստիճանից պաշտպանության
առկայություն Պատյանը
չժանգոտվող պողպատից կամ
փոշեներկված մետաղից Լիովին
մեկուսացված չժանգոտվող
պողպատից դուռ փականով Ներքին
ապակե դուռ Չժանգոտվող
պողպատից ինտերիեր չեշտ
մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված
չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս
քան 1 չժանգոտվող պողպատից
ցանց(եր) Ջերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը ոչ
պակաս քան $+20 - + 80^{\circ} C$
միջակայքում Էլեկտրոսնուցում՝
220-240 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ
(առկայություն) 1. ISO13485 կամ

					<p>համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	---