

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                   |                                         |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը                                 | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14                 | Horizontal Pressure<br>Steam Sterilizer<br>WS-150YDB | Horizontal Pressure<br>Steam Sterilizer | WS-150YDB | JIANGYIN BINJIANG<br>MEDICAL<br>EQUIPMENT CO.,<br>LTD. | Ավտոկլավ հորզոնական Ավտոկլավ<br>հորզոնական գոլորշիով 150 լիտր<br>ստերիլիզացնող խցիկով<br>Ախտահանվող գործընթացն<br>ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ<br>չորացման գործառույթ հասնելու<br>համար ստերիլիզացված նյութերի<br>չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի<br>և բարձր ճնշման ավտոմատ<br>պաշտպանության Դռան բաց լինելու<br>ավտոմատ պաշտպանության<br>առկայություն Ազդանշանը ցույց է<br>տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում<br>ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից,<br>միանում է տագնապը և դուռը չի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում Չորացման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում Տաքության շեղումը <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> Աղտահանման խցիկում կարելի է մտցնել 39 մմ տրամագծով բիքս Պետք է ունենա LCD դիսփլեյ</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>աշխատանքային պարամետրերի<br/> ցուցադրման համար Սնուցումը<br/> 380Վոլտ, 50/60Հց, 9 Կվատտ Սարքի<br/> հետ կմատակարարվի նաև գոլորշու<br/> մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող<br/> տաք գոլորշու ջերմաստիճանը<br/> իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում<br/> գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու<br/> համար: Լրակազմ և պարագաներ<br/> Տեղադրում և մեկնարկ<br/> Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/> Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/> Սարքավորումը նոր է,<br/> չօգտագործված Լրակազմում<br/> ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/> լրացուցիչ սարքերը և<br/> պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/> են լիարժեք գործունեության համար<br/> Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/> վկայականներ (առկայություն) 1.<br/> ISO13485 2. 93/42/EEC<br/> դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր<br/> անհրաժեշտ փորձարկումներն<br/> անցած CE սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 01 00000000-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14         |                        |               |       |                            |                            |