

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք)	"IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք) ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը պետք է ապահովի տարբեր աշխատանքային հոսքեր, Ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուսնների տեսակները ոչ պակաս քան 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը ոչ պակաս քան 400-700 նմ Առնվազն 5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, ոչ ավելի քան 10%

շեղում (առանց կրկնությունների)
Ընթերցանության միջակայքը
առնվազն 0,001-3,0 Abs է: Ալիքի
երկարության չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 2 նմ Ոչ
պակաս քան RS232 և USB միացման
պորտերի առկայությունը Տպիչի
առկայություն (արտաքին կամ
ներկառուցված) Թափահարման
ունակություն՝ փոփոխական
արագությամբ և ցնցման
ժամանակով Էլեկտրաէներգիայի
մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց
Լվացման սարք Ողողման երկու շիշը
պետք է թույլ տա խուսափել շշերի
փոխարինումից: Թափոնների
պահեստային տարա՝ արտահոսքի
Նախազգուշացումով: Համատեղելի
է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև
թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային
գոտիների համար փոխարինելի
կոլեկտորներով առնվազն 2
լվացման ռեժիմ Հատակի ավտոմատ
հայտնաբերում և բախման
պաշտպանություն Կարգավորելի
թափահարման և ներծծման
ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ ոչ
պակաս քան 50-3000 մկլ
միջակայքում Ստորին ազդեցության

				<p>պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 x 2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ համակարգիչ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2026/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					