

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Ուրոֆլուոմետր	Ուրոֆլուոմետր	Ուրոֆլուոմետր	Ուրոֆլուոմետր	Ուրոֆլուոմետր Հիմնական չափագիտական բնութագրերը. Հոսքի անցուղի (Flow): Չափման տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 100 մլ/վ միջակայքում Սխալանքը՝ ոչ ավելի քան $\pm 1\%$ Թույլատրելիությունը՝ 1 մլ ճավալի անցուղի (Volume). Չափման տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-1500 մլ միջակայքում Սխալանքը՝ $\pm 1\%$ or $\pm$ 2 մլ (կախված միջակայքից) Թույլատրելիությունը՝ 1 մլ Նմուշառման հաճախությունը ոչ պակաս քան 10 ՀՀ Համակարգի ֆունկցիոնալ

					հնարավորությունները. Տվիչի (սենսորի) տեսակը. Բարձր ճշգրտության կշռային տենզոմիչ (weight-based) Ավտոմատացում. Ավտոմատ ծայնագրման սկսում միզարձակման դեպքում և ավտոմատ կանգ ավարտման դեպքում Ավտոմատ տրամաչափում (գրոյացում/բալանսավորում) յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ Արտեֆակտների (խափանումների) ավտոմատ հայտնաբերում Տվյալների փոխանցում. Անլար կապ (Bluetooth կամ RF տեխնոլոգիա կամ Wi-Fi) տվիչի և կառավարող համակարգչի/տպիչի միջև՝ սարքավորման հարմար տեղակայման համար Ծրագրային ապահովում և հաշվետվություն. (ոչ պակաս քան) Հաշվետվության պարամետրեր. Հոսքի առավելագույն արագության հաշվարկ (Q_{max}), միջին արագության հաշվարկ (Q_{avg}), արտազատված մեզի ծավալի, սպասման ժամանակի (hesitancy) և միզարձակման ընդհանուր ժամանակի հաշվարկ
--	--	--	--	--	--

					Հոսք/Ժամանակ և ծավալ/Ժամանակ գրաֆիկների կառուցում իրական Ժամանակում Տվյալների բազա. Պացիենտների տվյալների բազայի վարում, արդյունքների պահպանում և նույն պացիենտի մի քանի հետազոտությունների համեմատման հնարավորություն Վերլուծության ստանդարտներ. Տվյալների վերլուծությունը պետք է համապատասխանի Միզապահության միջազգային միության (ICS) հանձնարարականներին Այլ պայմաններ. Թվային դիսփլեյի առկայություն Ներկառուցված ջերմային տպիչ կամ արտաքին տպիչին միանալու հնարավորություն` հաշվետվությունները A4 ձևաչափով տպելու համար Էլեկտրոսնուցում` 220-240 Վ, 50/60 Հց Էլեկտրական անվտանգությունը պետք է համապատասխանի IEC 60601-1 միջազգային ստանդարտին Լրակազմ և պարագաներ. Տվիչի համար բարձրությունը կարգավորվող կանգնակի առկայություն "Արական միզուկի
--	--	--	--	--	--

					(ուսսյար) առկայություն (կանգնած դիրքի համար) " Ուրոդինամիկ աթոռի առկայություն (ստատոս դիրքի համար)՝ կանանց և երեխաների հետազոտության համար Բազմակի օգտագործման ձագարի և աստիճանավորված չափիչ բաժակների առկայություն Անհրաժեշտ խողովակների և մալուխների առկայություն Համակարգչի կամ նոութ-բուկի առկայություն Սարքավորման ներկառուցված ջերմային տպիչի ոչ առկայության դեպքում A4 ձևաչափով անհատական տպիչի առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC
--	--	--	--	--	---

				դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					